



1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W LUBLINIE  
FILIA W EŁKU  
UL. KOŚCIUSZKI 30, 19-300 EŁK



Ełk, dnia 29 listopad 2024

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

**Dotyczy :** Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do progu 130 000 zł na:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział SOR w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku dla potrzeb 1 WSzKzP SPZOZ w Lublin Filia w Ełku”, nr postępowania **DZP/EŁK/89/2024**

### WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, w związku z pytaniami Wykonawcy do w/w postępowania dot. treści dokumentów zaproszenia, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami, t.j.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o długości całkowitej 2100 mm?  
**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA – ZGODNIE Z SWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z siedziskiem o szerokości 550 mm?  
**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA – ZGODNIE Z SWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z bezpiecznym obciążeniem roboczym do 235 kg?  
**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA – ZGODNIE Z SWZ**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 500 - 700 mm?  
**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA – ZGODNIE Z SWZ**

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 650 - 1000 mm?  
**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA – ZGODNIE Z SWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z dopuszczalnym obciążeniem do 220 kg?  
**ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA – ZGODNIE Z SWZ**

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 420mm x 330mm x 120mm  
**ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA APARAT o wym. 420mm x 330mm x 120mm**

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zaproszeniu. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wyk. Dariusz Zarzycki  
Dział Sprzętu medycznego  
tel. 261-332-956

Z poważaniem  
**KOMENDANT FILII**  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
zdrowotnej w Lublinie  
**ptk mgr inż. Piotr DROZD**