



1 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ
W LUBLINIE

Zamawiający:
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-049 Lublin, Al. Raławickie 23

Lublin, 25.02.2025 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: **zakup wyrobów ze szkła i tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.**

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 4 dopuszcza próbówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 15 dopuszcza końcówki o zakresie pojemności 2-20ul?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 16 dopuszcza końcówki o zakresie pojemności 5-100ul?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Dotyczy § 2 ust. 2 - Projektu umowy – Załącznik nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy § 2 ust. 2 - Projektu umowy – Załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „telefonicznie”?

Zgodnie z dokumentacją ISO, którą wdrożył i stosuje Wykonawca, wszelka korespondencja Wykonawcy i Zamawiającego powinna odbywać się w formie pisemnej, dotyczy to także zamówień składanych przez Wykonawcę, dlatego też prosimy o rezygnację ze składania zamówień drogą telefoniczną.

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 projektu umowy, zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji z Wykonawcą w formie pisemnej / mailowo.

Pytanie 6

Dotyczy § 6 - Projektu umowy – Załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie PDF na wskazany adres email? Jeśli tak, to prosimy o podania adresu, na który wykonawca przesyłałby faktury.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Dotyczy § 9 ust. 1 - Projekt umowy – Załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy, tak aby była ona naliczana od niezrealizowanej wartości umowy, a nie od łącznej ceny brutto określonej w § 6 ust. 1?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy § 9 ust. 1 - Projekt umowy – Załącznik nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary za zwłokę w dostawie oraz za zwłokę w usunięciu wad, tak aby była ona naliczana w wysokości „0,5 % wartości brutto partii towarów niedostarczonych w terminie / podlegających reklamacji”?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy Poz. 7 - Przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamer z 10 komorami pomiarowymi do analizy moczu typu Pentasquare?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

PARAMETRY KAMERY

Obszar ograniczony liniami siatki (3 mm na 3 mm) jest podzielony na 5 kwadratów o długości boku równym 1 mm. Każdy kwadrat o boku 1 mm podzielony jest na 9 małych kwadratów o długości boku równym 0,333 mm. Obszar ograniczony liniami podzielony jest więc na 45 małych kwadratów o długości boku równym 0,333 mm.

W ten sposób zostaje precyzyjnie określona objętość próbki przypadająca na każdy kwadrat siatki:

0,5 ul	na całej siatce
0,1 ul	wewnątrz każdego z 5 kwadratów o boku 1 mm
0,0111 ul	wewnątrz każdego z 45 małych kwadratów o boku 0,333 mm

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRÓBK

1. Wymieszać dokładnie próbkę moczu i nalać 10 ml do próbki stożkowej lub do próbki z wgłębieniem (przy niedostatecznej ilości moczu nalać 5 ml).
2. Wrócić przez 5 minut przy prędkości 1000-1500 obrotów/minutę (ok. 400 RCF).
3. Wylać moc z górnej warstwy pozostawiając odpowiednio 1 ml w próbce stożkowej lub 0,5 ml w próbce z wgłębieniem.
4. Dokładnie wymieszać pozostały w próbce osad.
5. Przy użyciu kapilarnej pipety Pasteura pobrać próbkę z próbki i wprowadzić ją do komory pomiarowej na płytce.



Pytanie 10

Dotyczy Poz. 16-17 - Przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówki do pipet typu Gilson z filtrem?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy Poz. 15-17 - Przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania końcówki z filtrem pakowane w pudełka z odpowiednim przeliczeniem ilości – do pełnego opakowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe 25x75x1,0-1,2 mm z ciętymi krawędziami?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe 25x75x1,0-1,2 mm z ciętymi krawędziami i z powierzchnią matową?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści próbki polistyrenowa okrągłodenna bez kołnierza i podziałki 12-13x75 mm o poj.4-5 ml?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści do wyceny 1 opakowanie po 960 szt. końcówek do pipet typu Eppendorf z filtrem o poj. 0,1-10 μ l?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 16

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści do wyceny 5 opakowań po 960 szt. końcówek do pipet typu Eppendorf z filtrem o poj. 0,5-100 μ l?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 17

Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści do wyceny 5 opakowań po 960 szt. końcówek do pipet typu Eppendorf z filtrem o poj. 100-1000 μ l?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

KOMENDANT
I Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
plk dr n. biol. Aleksander MICHAŁSKI

