

Wykonawcy

Strona internetowa zamawiającego

www.lwszk.pl

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Znak sprawy: ZP/PN/16/2014

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. – tekst jednolity), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. Pakiet nr 13 Czy Zamawiający dopuści próbę wysiłkową bez możliwości rozbudowy systemu o analizę późnych potencjałów ale z możliwością rozbudowy o badanie ergo spirometryczne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

2. Pakiet nr 13 Czy Zamawiający dopuści próbę wysiłkową bez możliwości rozbudowy systemu o analizę HRV ale z możliwością rozbudowy o badanie ergospirometryczne?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

3. Dotyczy: Załącznik nr 1.10., „Aparat RTG z systemem radiografii pośredniej”

Czy Zamawiający wymaga podłączenia dostarczanego aparatu RTG do posiadanego systemu RiS oraz dostarczanego systemu radiografii pośredniej do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS? Zwracamy uwagę na zasadność takiego wymagania, w związku z koniecznością zintegrowania przez Zamawiającego nowo dostarczanych urządzeń z funkcjonującą infrastrukturą informatyczną Zakładu Radiologii. Zamawiający może zatem oczekiwać dostarczenia przez Wykonawcę dodatkowej licencji PACS dla systemu CR - z 36 miesięczną gwarancją również na oprogramowanie PACS, oraz dostarczenia dodatkowej licencji systemu RIS i 36 mies. gwarancją, dla aparatu RTG. Prosimy Zamawiającego, aby zawarł takie wymagania w SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.

4. **dot. Wzoru umowy dostawy - Załącznik Nr 2 do SIWZ:**

Dot. §5. ust. 3 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„3. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do wymiany jego na nowy wolny od jakichkolwiek wad.”

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

5. **dot.. §6, - Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:**

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1,

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1,

c) za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w §2 ust. 1,

d) za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 5, w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu.

e) z tytułu niezapewnienia urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty księgowej, określającej kwotę należnej kary umownej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, **do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody,**

oraz o dodanie następujących ustępów:

„4. za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 0,1% wartości netto umowy za

każdy dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.

5. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu umowy,"

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ (projektu Umowy)

6. Zadanie nr 38: Zwracamy się z prośbą o określenie ilości/ zapotrzebowania poszczególnych pozycji w przedmiocie zamówienia określonego załączniku nr 1.38?

Odpowiedź: W wyniku błędów pisarskich nie zostały umieszczone w opisie ilości lub podane ilości były nieprawidłowe.

Winno być:

Jałowy zbiornik na wydzielinę z filtrem powietrza i filtrem węglowym 300 ml - 27 szt.

Gąbka z alkoholu poliwinylowego, rozmiar 15x10 cm biała - 30 szt.

Folia rozmiar 20x30 cm - 30 szt.

Dren płaski o wysokości 5 mm – 30 szt.

Złącze Y – 6 szt.

7. (załącznik 1.24) - laser tulowy urologiczny z wyposażeniem

Dot. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowocześniejszy niż wymagany laser tulowy drugiej generacji o długości fali 1940 nm?

Laser który pragniemy Państwu zaoferować dzięki unikalnej na rynku technologii wykonania, posiada przesuniętą długość emitowanej fali. Długość 1940 nm odpowiada maksimum absorpcji promieniowania dla wody która jest głównym budulcem tkanki poddawanej zabiegowi. Wymagana przez Zamawiającego długość fali 2010 nm jest absorbowana 2,5 krotnie słabiej. Fizycznym efektem dla użytkownika jest ta sama efektywność cięcia przy niższych nastawach mocy. To z kolei przekłada się na mniejszą traumę dla tkanek pacjenta, mniejsze ryzyko komplikacji po zabiegowych, większą precyzję cięcia, niższą karbonizację.

Odpowiedź: Nie. Zabiegi wykonywane w Oddziale Urologii Zamawiającego wymagają zastosowania lasera o określonych w specyfikacji parametrach, o ściśle określonej, zweryfikowanej klinicznie, penetracji tkankowej korzystnej w procesie cięcia i koagulacji w różnych odcinkach układu moczowo-płciowego.

8. Dot. pkt.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser tulowy o mocy maksymalnej 120W? Z doświadczeń lekarzy pracujących na takim sprzęcie wynika iż przy enukleacji prostaty wystarczające są nastawy mocy 70-80W. Wyższe moce służą jedynie do techniki waporyzacji gruczołu krokowego - także możliwego do przeprowadzenia przy użyciu proponowanego lasera. Technika waporyzacji gruczołu krokowego jest techniką od której się obecnie *odchodzi*. Dodatkowo moc 120W przy długości fali 1940 nm posiada większą efektywność podczas zabiegu niż wymagane 150 przy długości 2010 nm - wynika to z różnic w absorpcji promieniowania różnej długości w wodzie.

Odpowiedź: Nie. Procedury medyczne wykonywane w Oddziale Urologii Zamawiającego wymagają lasera o wyspecyfikowanym zakresie ustawień mocy.

9. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser tulowy z deklaracją producenta iż może być stosowany do litotrypsji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania laser, który oprócz zastosowań do endourologii tkanek miękkich może być zastosowany także do litotrypsji (jako dodatkowe zastosowanie).

10. Dot. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony nie w wymagany analogowy port RS232, a port USB umożliwiający przesyłanie sygnałów cyfrowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w port RS232. Dodatkowo, aparat może być wyposażony w port USB.

11. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser z 10' kolorowym szerokokątnym ekranem dotykowym wbudowanym w laser? Na sali zabiegowej przyjęło się iż zmiany/odczyt parametrów dokonuje osoba asystująca.

Odpowiedź: Nie. Zastosowania endourologiczne nie powinny absorbować dodatkowego personelu do kontroli parametrów pracy urządzenia. Parametry pracy powinny być łatwo dostępne i czytelne dla operatora w trakcie całej procedury.

12. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser z plamką regulowaną o mocy do 1 mW (532 nm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania także laser z plamką regulowaną.

13. Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w nowocześniejszy niż wymagany pojedynczy, zintegrowany i bezobsługowy układ chłodzenia o niskim natężeniu hałasu?

Odpowiedź: Tak

14. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wykonany w nowocześniejszej technologii włókna z kryształami thulu? Dzięki temu uzyskano krótszą długość fali o 2,5-krotnie lepszej absorpcji w wodzie niż promieniowania uzyskanego z kryształu YAG:Yb? Dodatkowo proponowane rozwiązanie jest bardziej odporne na przegrzanie oraz uszkodzenia mechaniczne (zdarzające się bardzo drogie w naprawie pęknięcia kryształu YAG).

Odpowiedź: Nie. Nie znając zakresu klinicznych oddziaływań, tego tak zwanego nowocześniejszego generatora.

15. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser który umożliwi podłączenie do niego wielorazowych włókien o średnicach rdzenia 230 um, 365 um, 600 um, 800 um?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści laser, który oprócz wyspecyfikowanych włókien umożliwia podłączenie włókien wspomnianych w zapytaniu.

16. Dot. pkt. 19 - 22 Czy Zamawiający dopuści do postępowania światłowody w odpowiedniej dostępnej średnicy? Tzn: 1 szt 230 um., 1 szt 600 um, 1 szt. 800 um,?

Odpowiedź: Nie

17. Przedmiot zamówienia- Zadanie nr 38: Zwracamy się z prośbą o określenie ilości/ zapotrzebowania poszczególnych pozycji w przedmiocie zamówienia określonego załączniku nr 1.38?

Odpowiedź: W wyniku błędów pisarskich nie zostały umieszczone w opisie ilości lub podane ilości były nieprawidłowe.

Winno być:

Jałowy zbiornik na wydzielinę z filtrem powietrz i filtrem węglowym 300 ml -27 szt

Gąbka z alkoholu poliwinylowego, rozmiar 15x10 cm biała- 30 szt

Folia rozmiar 20x30 cm - 30 szt

Dren płaski o wysokości 5 mm – 30 szt

Złącze Y – 6 szt

18. Dot.: Rozdział I pkt. 8 Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy - dotyczy części nr 28 :Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzeń objętych gwarancją na okres 24 miesięcy. Produkt opisany w części nr 28 standardowo objęty jest dwuletnią gwarancją producenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.

19. Dot.: Rozdział I pkt 5 :W nawiązaniu do obowiązku dołączenia do proponowanego urządzenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie RP m.in, wymaganej prawem deklaracji zgodności CE/IVD, o którym mowa w pkt 18 załącznika nr 1.16 w związku z Rozdziałem XII pkt 12 ppkt 1 SIWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie dyrektywy IVD (ang. In Vitro Diagnostics Device Directive) - 98/79/EC - dyrektywa dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro jako wystarczającej do spełnienia wymagań SiWZ, o których mowa w Rozdziale I pkt 5. Pkt 5 Rozdziału I SIWZ mówi jedynie o wyrobach medycznych wyprodukowanych w oparciu o dyrektywę 93/42/EEC natomiast nie uwzględnia urządzeń wyprodukowanych w oparciu o dyrektywę 98/79/EC która również potwierdza dopuszczenie oferowanego sprzętu medycznego do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (DZ.U. nr 107 z 2010r. poz. 697),

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku pytającego.

20. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy § 3 pkt 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia dotyczące zapisu: „Koszty opracowywane będą przez Wykonawcę w oparciu o ceny katalogowe producenta sprzętu z przyznaniem Zamawiającemu rabatem w wysokości%. Standardowo w relacjach pomiędzy producentem sprzętu a dystrybutorem nie funkcjonuje cennik katalogowy części zamiennych od którego udzielany jest rabat handlowy dla dystrybutora. Cennik na części zamienne jaki dystrybutor sprzętu otrzymuje od producenta jest równoznaczny z kosztem zakupu tych części, W związku z tym w przypadku udzielenia rabatu handlowego zgodnie z zapisem jw. Wykonawca zobowiązany by był do zaproponowania części zamiennych poniżej kosztów zakupu. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę/doprecyzowanie lub wykreślenie tego zapisu z projektu umowy.

Odpowiedź: Według wiedzy zamawiającego dystrybutorzy otrzymują rabaty od cen katalogowych wykazanych przez producenta sprzętu. Nawet jeśli istnieją takie sytuacje jak określona powyżej i dystrybutor nie otrzymuje rabatu od cen katalogowych producenta to w takim przypadku, w ofercie w miejscu wskazania wysokości rabatu należy wpisać 0.

21. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 32 oraz zapisów umowy i formularza ofertowego punkt 2 (pierwsza strona formularza ofertowego). Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopuszczenie na następujący zapis punktu 2 „Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia oraz koszty związane z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi w okresie udzielonej gwarancji" Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

22. Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Nie.

23. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 32 (załącznik nr 1.32 do SIWZ) "Resektoskop laserowy" - pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści optykę endoskopową o długości 28 cm, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

24. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 32 (załącznik nr 1.32 do SIWZ) "Resektoskop laserowy" - pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści optykę do morcelatora urologicznego - teleskop operacyjny kąt 0 stopni, kompatybilny z oferowanymi płaszczami resektoskopowymi, kanał roboczy 5 mm, 3 kapturki w zestawie?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

25. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 32 oraz zapisów umowy paragraf 3 i formularza ofertowego punkt 1, 2, 3 (druga strona formularza ofertowego). Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach punktu 1, 2, 3 ? Prosimy o wykreślenie zapisów punkt 1, 2, 3 ?

zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, nie jego serwis pogwarancyjny, który będzie świadczony na podstawie oddzielnej umowy. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć i podać cen obowiązujących po trzyletnim okresie gwarancji. Wykonawca może podać tylko informacyjnie o ceny obowiązujące na dzień składania ofert (nie obowiązujące po okresie gwarancji).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy :

1) wzoru OFERTY poprzez wykreślenie dotychczasowego zapisu ust. 3 w pkt 1), 2), 3) a w ich miejsce wpisanie nowego tekstu o treści jak poniżej:

1) „Wykonawca oświadcza iż, świadczenia usług serwisowych po upływie okresu gwarancji - wykonanie napraw pogwarancyjnych (usługi pogwarancyjne) będą rozliczane według stawki godzinowej pracy specjalisty w wysokości zł (słownie:złotych) powiększone o należny podatek VAT. Strony przyjmują, iż jednostką rozliczeniową czasu pracy pracowników **Wykonawcy** jest jedna godzina.

2) W przypadku konieczności dokonania zakupu sprzętu/części zamiennych przez Wykonawcę (w ramach usług pogwarancyjnych) koszty zakupu będą pokrywane przez Zamawiającego - na podstawie kosztorysów przekazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego przed podjęciem naprawy. Kosztorysy opracowywane będą przez Wykonawcę w oparciu o ceny katalogowe producenta sprzętu z przyznanym Zamawiającemu rabatem w wysokości%

3) Wynagrodzenie określone w pkt 1), nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem pracowników Wykonawcy do lokalu Zamawiającego. Koszty te – jeśli nie zostały opłacone bezpośrednio przez Zamawiającego - obciążają go w następującej wysokości:

- koszty dojazdów w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów od lokalu Wykonawcy do lokalu Zamawiającego w Lublinie (i z powrotem) oraz stawki za 1 km dla samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm³, na zasadach przewidzianych przepisami prawa dla pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju,

Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek należny VAT. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, specyfikację wszystkich refakturowanych kosztów określonych w niniejszym punkcie. Wszelkie koszty przewidziane w niniejszej ustępie będą waloryzowane w lutym każdego roku obowiązywania niniejszej Umowy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni – począwszy od 2018 roku.”

2) projektu Umowy poprzez wykreślenie dotychczasowego zapisu § 3 ust. 8, 9, 10 a w ich miejsce wpisanie nowego tekstu o treści jak poniżej:

„8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy, świadczenia usług serwisowych po upływie okresu gwarancji - wykonania napraw pogwarancyjnych (usługi pogwarancyjne). W takim przypadku usługi pogwarancyjne będą rozliczane według stawki godzinowej pracy specjalisty w wysokości zł (słownie:złotych) powiększonej o należny podatek VAT. Strony przyjmują, iż jednostką rozliczeniową czasu pracy pracowników **Wykonawcy jest jedna godzina.**

9. W przypadku konieczności dokonania zakupu sprzętu/części zamiennych przez Wykonawcę (w ramach usług pogwarancyjnych) koszty zakupu tego sprzętu będą pokrywane przez Zamawiającego - na podstawie kosztorysów przekazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego przed podjęciem

naprawy. Kosztorysy opracowywane będą przez Wykonawcę w oparciu o ceny katalogowe producenta sprzętu z przyznanym Zamawiającemu rabatem w wysokości%.

10. Wynagrodzenie określone w ust. 8, nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem pracowników Wykonawcy do lokalu Zamawiającego. Koszty te – jeśli nie zostały opłacone bezpośrednio przez Zamawiającego - obciążają go w następującej wysokości:

- 1) koszty dojazdów w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów od lokalu Wykonawcy do lokalu Zamawiającego w Lublinie (i z powrotem) oraz stawki za 1 km dla samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm³, na zasadach przewidzianych przepisami prawa dla pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju,

Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek należny VAT. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, specyfikację wszystkich refakturowanych kosztów określonych w niniejszym ustępie.

Wynagrodzenie określone w ust. 8 oraz koszty, o których mowa w ust. 9 i 10, płatne będą w na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Otrzymanie faktury będzie każdorazowo potwierdzone przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.”

26. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 32 oraz zapisów umowy i formularza ofertowego punkt 3 (pierwsza strona formularza ofertowego). Ponieważ oferowany przez nas przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 32 nie posiada kodów serwisowych prosimy o dopuszczenie na wykreślenie zapisów w/w punktu z formularza ofertowego ?

Odpowiedź: W sytuacji niestosowania kodów serwisowych oczywistym jest fakt, że Zamawiający odstępuje od takiego wymogu.

27. dotyczące zapisów umowy paragraf 3 punkt 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych ?

Odpowiedź: Tak.

28. dotyczące zapisów umowy paragraf 6 punkt 1d: Czy w przypadku, gdy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający zrezygnuje, pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie określonym w §3 ust. 6 projektu umowy..

29. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 32 oraz zapisów umowy paragraf 3 i formularza ofertowego punkt 3 (pierwsza strona formularza ofertowego). Ponieważ serwis pogwarancyjny będzie świadczony na podstawie oddzielnej umowy - umowy serwisowej (nie jest przedmiotem tego postępowania) prosimy o dopuszczenie na wykreślenie zapisów punktu 3 z formularza oferty ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z odpowiedzią do pytania 21.

30. Dot. Pakietu nr 10 - Aparat RTG z systemem radiografii pośredniej. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany wyprodukowany w 2012 roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

31. dot. Pakietu nr 10 - Załącznik nr 1.10. Systemu radiografii cyfrowej pośredniej pkt. I - Skaner do płyt obrazowych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez pomyłkę wpisał punktację w/w punkcie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający usuwa punktację z pkt. 1 Skaner do płyt obrazowych, Załącznika nr 10, Pakiet nr 10.

32. dot. SIWZ I Przedmiot zamówienia pkt. 8 oraz Załącznik 1.10 pkt. V. 2. Prosimy o udzielenie wyjaśnień jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający w Pakiecie 10 czy 36 m-cy gwarancji zgodnie z SIWZ I Przedmiot zamówienia pkt. 8 czy jak to zostało podane w Załączniku 1.10 pkt. V. 2 - 24 m-cy dodatkowo 6 mies +1 pkt?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 10 wymaga okresu gwarancji min. 24 miesiące z punktacją zgodnie z pkt. V. 2 Załącznika 1.10 .

33. dot. Wzoru umowy - §3 pkt. 1. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego przez producenta, że aparat pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży na rynek Polski?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami ust. 1 wzoru oferty

34. dot. Wzoru umowy - §3 pkt 1 Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego przez producenta, że aparat podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej wykonywanej przez autoryzowany przez producenta serwis?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami ust. 1 wzoru oferty.

Dotyczy: Część nr 1 - Aparat EKG szt. 5 1.

35. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w kolorowy ekran 7 cali, umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG. Na ekranie widoczne linie siatki ułatwiające wzrokową analizę zmian w QRS

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści.

36. Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami zapisu 5/25/50mm?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści.

37. Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający zapamiętanie do 100 zapisów EKG w pamięci wewnętrznej lub przesłania rekordów na kartę SD, w celu archiwizacji lub transmisji?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

38. Czy zamawiający dopuści aparat z wbudowanym czytnikiem kart SD i kartą w zestawie zamiast podłączania pamięci PenDrive?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

39. Czy Zamawiający dopuści aparat bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń, prosimy o dopuszczenie z uwagi na całkowity brak wpływu tego parametru na użytkowanie kliniczne i wartości diagnostyczne aparatu?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści.

40. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w system ADS, zmniejszający przesunięcie linii odniesienia pełniący rolę filtra adaptacyjnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

41. Czy zamawiający dopuści aparat dający możliwość komunikacji za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego: RS 232, LAN bez możliwości rozbudowy o łączność bezprzewodową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

42. Czy Zamawiający dopuści aparat o łącznej wadze urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) 3,0 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Część 13 - Bieżnia do próby wysiłkowej

43. **Czy Zamawiający dopuści System wyposażony w Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, komunikujący się i zasilany za pośrednictwem USB, Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link - 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń)?Pragniemy zauważyć iż z transmisja bezprzewodowa między modulem pacjenta a stacją analizy może być podatna na znaczną liczbę zakłóceń co powodować może niedokładne dane pomiarowe zarówno z poziomu nadajnika bezprzewodowego (moduł pacjenta) jak i odbiornika transmisji (stacja analizy). Biorąc pod uwagę charakter próby wysiłkowej oraz ilość danych analizowanych przez moduł pacjenta ograniczenie potencjalnych artefaktów jest kluczem do prawidłowej analizy danych.**

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ Zamawiają od roku używa systemu z transmisją bezprzewodową, system pracuje stabilnie, wielokrotnie sprawdził się w sytuacji załabnięcia pacjenta, sugestia pytającego jest tendencyjna i próbuje nakłonić Zamawiającego do nie uzasadniającej zmiany SIWZ

44. Czy zamawiający dopuści system prezentujący aktualną wartość prędkości i nachylenia bieżni bez przebytego dystansu?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

45. Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach pasa 1500 x 450 mm, Różnica 50 mm nie wnosi żadnej różnicy diagnostycznej

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuści

Dotyczy Cześć 26 - Załącznik nr 1.26

46. **Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające akumulator bez sygnalizacji stanu naładowania i całkowitego zużycia?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

47. **Punkt 6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne pokryte lakierem nie posiadającym certyfikatu na potwierdzenie hamowania rozwoju drobnoustrojów?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

48. **Punkt 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo oparta jest na kolumnach wznoszących w systemie trapezowym?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

49. Punkt 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym szerokość zewnętrzna łóżka wynosi 995mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
50. Punkt 10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym leże wypełnione jest sztywnymi płytami z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
51. Punkt 11 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko funkcji przezierności leża znacznie podnoszącą koszt oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
52. Punkt 14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym sterowanie elektryczne odbywa się za pomocą paneli umieszczonych w barierkach bocznych. Na zewnątrz dla personelu od wewnątrz dla pacjenta, wszystkie przyciski membranowe wodoodporne z odpowiednimi piktogramami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
53. Punkt 15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym elektryczna regulacja wysokości wynosi 400mm-780mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z uwzględnieniem i dostosowaniem punktacji określonej w opisie przedmiotu zamówienia.
54. Punkt 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym regulacja elektryczna części plecowej wynosi 0-66°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
55. Punkt 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym regulacja elektryczna części nożnej wynosi 0- 28°?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
56. Punkt 18,19,20 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne które nie posiada funkcji autoregresji oraz Ergoframe; natomiast posiada funkcję inteligentnego autokonturu nie pozwalającego na zsuwanie się pacjenta oraz pozwalającego na odpowiednie jego ułożenie poprzez zastosowanie opóźnienia podczas unoszeniu ud względem oparcia pleców? Sterowanie w panelach umieszczonych w bocznych barierkach łóżka.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
57. Punkt 21,22 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym regulacja Trendelenburga i anty-Trendelenburga odbywa się z pozycji paneli umieszczonych w barierkach bocznych łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
58. Punkt 23 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym realizacja funkcji CPR odbywa się manualnie za pomocą dźwigni oznaczonej w kolorze żółtym z wyraźnym napisem CPR? Pragniemy zauważyć iż tzw. CPR oznacza zespół czynności zmierzających do przywrócenia krążenia krwi i oddychania, zatem mechaniczna funkcja CPR (najszybsza - ok. 2-3 s) odnosi się najczęściej wyłącznie do segmentu pleców natomiast elektryczna funkcja CPR poziomuje pozostałe części leża dodatkowo przechylając ramę leża do pozycji Trendelenburga co zajmuje znacząco więcej czasu. Dodatkowo mechaniczna funkcja CPR jest niezależna od czynników zewnętrznych takich jak brak prądu lub rozładowanie akumulatorów, dając tym samym personelowi jak i pacjentowi 100% gwarancję skuteczności w każdej sytuacji. Sterowanie pozostałymi funkcjami z pozycji paneli umieszczonych w barierkach bocznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
59. Punkt 24 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym zastosowano selektywną blokadę funkcji elektrycznych dla pacjenta regulacji wysokości, części plecowej i nożnej. Natomiast pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga nie jest blokowana i jest dostępna tylko dla personelu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
60. Punkt 25,26,27 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko przycisku STOP odłączającego wszystkie funkcje elektryczne i automatycznej blokady po 180 sekundach? Tym samym czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na selektywnej blokadzie określonych funkcji pozwalającej na blokowaniu lub odblokowywaniu funkcji które personel uzna za stosowne w określonej fazie leczenia pacjenta? Funkcje dostępne z pozycji paneli umieszczonych w barierkach bocznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

61. Punkt 28 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym realizacja funkcji CPR odbywa się manualnie za pomocą dźwigni oznaczonej w kolorze żółtym z wyraźnym napisem CPR umieszczonym pod oparciem po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

62. Punkt 30 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym bezpieczne obciążenie robocze wynosi 220kg i nie posiadające systemy przeciążeniowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

63. Punkt 31,32,33 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko układu ważenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

64. Punkt 34 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające dzielone barierki po 2 na stronę spełniające normą EN-60601-2-52 zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej oraz nie mające przestrzeni powodujących jego zakleszczenie, opuszczanych za pomocą jednej ręki, bez widocznych elementów montażowych pozostawiających wolną przestrzeń przy dolnym szczycie łóżka celem uniknięcia przechodzenia pacjenta przez podniesione barierki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

65. Punkt 34 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym statyw infuzyjny nie posiada certyfikatu mówiącym o jego wykonaniu w technologii hamującej rozwój drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

66. Punkt 34 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne występujące w kolorach fabrycznych tzn. biały z niebieskimi elementami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

67. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę przyłóżkową zgodnie z poniższymi parametrami:

- Szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia
- Błaty szafki odporne na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa wielowarstwowego
- Szafka wyposażona w półkę boczną wykonaną z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, temperaturę oraz zarysowania
- Szafka wyposażona w blat boczny, pochylony z możliwością regulacji wysokości co najmniej w zakresie 710-1110
- Półka boczna z płynną regulacją kąta pochylenia
- Wysuwana, dwustronna szuflada górna na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wyjmowana kuweta z przegrodami
- W górnym blacie wyprofilowane brzegi z każdej strony zabezpieczające przed zsunięciem się położonych przedmiotów. Możliwość zdjęcia górnego blatu do łatwej dezynfekcji
- Szuflada dolna wysuwana, z dostępem z obu stron. Wewnątrz wyjmowane dwie tace z czego jedna z wkładem na butelkę
- Cztery podwójne, samonastawne koła jezdne o średnicy 50mm
- Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych
- Kolorystyka szafki dobrana do koloru łóżka
- Podstawa szafki otoczona pianką poliuretanową w celu zapobiegania ewentualnym uszkodzeniom ścian i mebla
- Szerokość 46cm
- Głębokość 56cm
- Wysokość 96cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy

68. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 11 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności". Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Nie.

69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 1 c i d na następujący „[...]0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów umowy: Wzór umowy dla pakietu 13, 14.

§3. Pkt. 8

2) stawka godzinowa pracy specjalisty w godzinach 18:00 do 8:00 w dni robocze - ... zł (słownie:złotych) powiększone o należny podatek VAT.

3) stawka godzinowa pracy specjalisty w dni nie będące dniami roboczymi -... zł (słownie: ... złotych) powiększone o należny podatek VAT.

Firma nie prowadzi serwisu w godzinach nocnych oraz w dni nie będące dniami roboczymi.

§3. Pkt. 10

Wynagrodzenie określone w ust. ., nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i pobytem pracowników Wykonawcy w lokalizacji lub innym lokalu Zamawiającego. Koszty te- jeśli nie zostały opłacone bezpośrednio przez Zamawiającego - obciążają go w następującej wysokości:

koszty dojazdów w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów od lokalu Wykonawcy do lokalu Zamawiającego w Lublinie (i z powrotem) oraz stawki za/ km dla samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm³, na zasadach przewidzianych przepisami prawa dla pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju,

koszty wyżywienia według rachunków, jednak nie więcej niż 100,00 zł (sto złotych) na jedną osobę za jeden dzień,

koszty zakwaterowania (hotel 3 -gwiazdkowy, pokój 2-osobowy z łazienką i ciepłą wodą) według rachunków przedstawionych przez Wykonawcę. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek należny VAT. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, specyfikację wszystkich refakturowanych kosztów określonych w niniejszym ustępie.

Firma nie obciąża Klienta kosztami wyżywienia i zakwaterowania serwisu. Przed przystąpieniem serwisu do naprawy zostanie przedstawiona wycena naprawy wraz z uwzględnieniem kosztów dojazdu ustalonych przez serwis.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią do pytania 21.

Dotyczy pakietu 1 - Aparat EKG

71. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem 8,9 " o rozdzielczości 1280 x 768?

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuści

72. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 300 badań oraz pamięcią zewnętrzną (karta SD), możliwością podłączenia pamięci USB oraz możliwością przesyłania danych na PC za pomocą połączenia LAN lub wifi?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

73. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem termicznym o szerokości 210 mm?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

74. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem izolinii 0,35; 0,5; 0,8 Hz?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

75. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku w formacie A4 na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu? Wydruk w formacie A4 jest możliwy po przeniesieniu badania za pomocą pamięci zewnętrznej na dowolny komputer. Poza tym używany przez nasz aparat EKG papier do wydruku w rozmiarze 210 mm x 150 mm umożliwia wydruk w formacie A4 bezpośrednio z aparatu.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

76. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6 kg?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu 13 - Bieżnia do próby wysiłkowej

77. Czy Zamawiający dopuści bieżnię bez możliwości przeglądania zarejestrowanej części badania wraz z jednoczesną obserwacją aktualnego EKG? Przeglądania i analiza całego zarejestrowanego zapisu EKG jest możliwa po zakończeniu badania.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

78. Czy w § 4 ust 6 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

79. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 8 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ (projektem umowy)

80. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt a) i b) wprowadzi jako obowiązujące kary umowne za odstąpienie liczone od wartości niezrealizowanej części umowy; oraz doda zapisy w pkt;

c) jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii produktów niedostarczonych zgodnie z zamówieniem

d) jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia zastępczego

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ (projektem umowy)

81. Dotyczy: Załącznika nr 1.33, Opis przedmiotu zamówienia – Strzykawka automatyczna dwutorowa, pkt. 17
Ze względu na różne właściwości materiałów eksploatacyjnych wstrzykiwaczy i ich gwarancje sterylności prosimy o odpowiedź: w jakich godzinach, w pracowni tomografii komputerowej Zamawiającego, są przeprowadzane badania tomografii komputerowej?

Odpowiedź: Pracownia Tomografii komputerowej pracuje w systemie dyżuru 24-godzinnego.

dotyczy pkt. I.4 - Część nr 24 (Załącznik nr 1.24) Laser tulowy urologiczny z wyposażeniem

82. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie lasera podemonstracyjnego posiadającego upgrade z 2014 roku?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza system laserowy podemonstracyjny, który posiada upgrade z 2014 roku.

dotyczy SIWZ, pkt.I.8 Część nr 23 (Laser holmowy z wyposażeniem) i Część nr 24 (Laser tulowy urologiczny z wyposażeniem)

83. Czy w celu doprecyzowania i uszczegółowienia zapisów SIWZ Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt.I.8 SIWZ na:

Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewni przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika np. uszkodzenia mechaniczne, używanie niezgodnie z instrukcją użytkownika, używanie przez niewykwalifikowany personel oraz ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej - pogwarancyjnej na warunkach nie gorszych niż wynikające z oferty. Bezpłatny dostęp do kodów serwisowych urządzenia po okresie gwarancji na życzenie zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w proponowanej wersji.

Część- 26 Łóżka szpitalne rehabilitacyjne z wyposażeniem.

84. Czy w rozumieniu punktu 6, Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo spełniające wszystkie wymagane obowiązującym prawem normy i posiadające dokumenty dopuszczające do obrotu, bez konieczności przedkładania przez oferenta dodatkowego certyfikatu na lakier o właściwościach hamujących rozwój drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

85. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką metalową, lakierowaną proszkowo, montowaną na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

86. Czy Zamawiający wymaga łóżka opartego na systemie kolumnowym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

87. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu podwójnej autoregresji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

88. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wyposażenia w system ważenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

89. Czy Zamawiający dopuści barierki lakierowane metalowe zabezpieczające na 3/4 długości leża z mechanizmem spustowym całkowicie zabudowanym, opuszczenie barierki odbywa się jednym przyciskiem przy wykorzystaniu tylko jednej ręki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

90. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w lakierowane proszkowo haczyki do zawieszania worków na mocz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

91. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

92. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty laminatowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

93. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 170 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa-16 szt.

94. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dźwignię hamulca umieszczoną tylko z jednej strony powyżej blatu z obrotem lewo prawo?

95. **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

96. 148. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w osłonę blatu bocznego przy szafce zamiast blatu chowanego w obrębie szatki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 27- Łóżka szpitalne z wyposażeniem

97. Czy w rozumieniu punktu 7, Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo spełniające wszystkie wymagane obowiązującym prawem normy i posiadające dokumenty dopuszczające do obrotu, bez konieczności przedkładania przez, oferenta dodatkowego certyfikatu na lakier o właściwościach hamujących rozwój drobnoustrojów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

98. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stałą wysokością leża na poziomie 550 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

99. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty laminatowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

100. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi lamelami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa- 11 st.

101. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dźwignię hamulca umieszczoną tylko z jednej strony powyżej blatu z obrotem lewo prawo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

102. Czy Zamawiający dopuści szatkę przyłóżkową wyposażoną w osłonę blatu bocznego przy szafce zamiast blatu chowanego w obrębie szatki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dot. SIWZ - Załącznik nr 1.23, pkt. 13, 16-20

103. Zamawiający opisując laser holmowy wymaga zaoferowania po 5 szt. włókien laserowych każdego rodzaju, oraz wymaga, aby łączna ilość sesji leczniczych, których można dokonać za pomocą włókien każdego rodzaju, wynosiła co najmniej 10.

W związku z tym pragniemy zadać pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókien laserowych: 200µm, 365µm, 600µm, 800µm i 1000µm – po 1 sztuce każdego rodzaju, których łączna ilość sesji leczniczych, dla każdego rodzaju włókna, wynosi minimum 50?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrazi zgodę.

dot. SIWZ - Załącznik nr 1.23

104. Specyfikując włókna laserowe w Załącznika nr 1.23 Zamawiający wymaga: „**Włókna laserowe współpracujące z laserem tulowym**”. Pragniemy zauważyć, że w punkcie tym prawdopodobnie nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w Załączniku nr 1.23 wymaga zaoferowania włókien laserowych współpracujących z laserem holmowym.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga włókien współpracujących z laserem holmowym.

dotyczy Zadania nr 6

105. Czy Zamawiający wymaga, aby komputer sterujący, jednostka pomiarowa oraz ekran były zintegrowane w jednej obudowie całego urządzenia?

Odpowiedź: Nie.

106. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiaru grubości rogówki?

Odpowiedź: Nie.

107. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie i wydruki w języku angielskim?

Odpowiedź: Nie.

108. Czy Zamawiający wymaga, aby na wydruku z pomiarami była informacja potwierdzająca poprawne działanie urządzenia?

Odpowiedź: Nie.

109. Czy Zamawiający wymaga, aby baza stałych optycznych soczewek zawierała ponad 200 różnych soczewek?

Odpowiedź: Nie.

110. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do sprawdzania poprawności pomiarów w postaci sztucznego oka?

Odpowiedź: Tak.

111. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie mogło dokonywać pomiarów w oczach pseudofakijnych i wypełnionych olejem silikonowym?

Odpowiedź: Tak.

dotyczy Zadania nr 6, umowa &3 pkt. 4

112. Czy Zamawiający pod pojęciem materiały eksploatacyjne ma na myśli materiały potrzebne do przeprowadzenia przeglądu technicznego za wyjątkiem tonerów do drukarki?

Odpowiedź: Tak.

dotyczy Zadania nr 6

113. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze wszystkimi metodami kalkulacji wymienionymi w punkcie 12 tabeli parametrów bez kalkulacji soczewek torycznych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

dotyczy Zadania nr 6 (zapisy umowy par. 3 ust. 2)

114. Zamawiający wymaga 26 miesięcznej gwarancji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na sprzęt medyczny standardowa gwarancja wynosi 12 miesięcy. Wydłużając ją o kolejne dwa lata Zamawiający naraża się na zwiększenie ceny oferowanego urządzenia o koszt zabezpieczenia gotowości serwisu do napraw w dodatkowym okresie. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ. Zamawiającemu zależy na zakupie urządzeń bardzo wysokiej jakości dlatego wymaga gwarancji 36 miesięcy co nie stanowi problemu dla dostawców sprzętu o wysokiej jakości.

dotyczy Zadania nr 6 (zapisy umowy par. 4 ust. 6)

115. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatność, tj. 14 dni od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

116. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Aparat do terapii podciśnieniowej, urządzenie równoważne nieznacznie różniące się wymiarami (270x100x328) o niższej wadze (3,5kg), z elektrodami o rozmiarze 60mm zamiast opisanych 65mm?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Aparat do terapii podciśnieniowej ma posiadać bank programów do masażu podciśnieniowego zapisanych w pamięci aparatu – minimum 5 programów

117. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Aparat do terapii ultradźwiękowej, urządzenie o parametrach:

- wyświetlacz o rozmiarze 5,9”
- praca do 100Hz,
- wypełnienie do 100% z regulacją co 10%
- baza 30 gotowych programów terapeutycznych oraz możliwością wpisywania własnych ustawień i ich zapisu
- kartoteka pacjenta
- gromadzenie danych pacjentów,
- rodzaj schorzenia,
- spis zabiegów wykonywanych pacjentowi,
- indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta,
- możliwość oceny skali bólu VAS na początku oraz na końcu leczenia.
- Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa)
- Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym
- Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim
- Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie
- Zegar czasu pracy 0 – 30 minut
- Waga: 4,6kg
- Moc stała: 0-2 W/cm²
- Moc impulsowa: 0-3 W/cm²
- Wymiary 39 x 32,8 x 23 cm
- Możliwość podłączenia wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 5cm² 1 i 3MHz
- Wyposażony w głowicę ultradźwiękową 1MHz i 3MHz o powierzchni 10cm² oraz głowicę 1 i 3 MHz o powierzchni 1cm²

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Zaproponowany aparat do terapii ultradźwiękowej posiada wiele parametrów gorszych od wymaganych np. Praca do 100Hz (wymagane 150Hz). Dodatkowo

zapropozowane parametry nie odnoszą się do wszystkich parametrów wymaganych w SIWZ np. brak jest potwierdzenia posiadania encyklopedii terapeutycznej z rysunkami anatomicznymi

118. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Kolumna do ćwiczeń z oporem, urządzenie o wymiarach 120x252x117 cm, mocowane do ściany, z ponad 40 akcesoriami do ćwiczeń oporowych, rehabilitacyjnych i funkcjonalnych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych wymiarach posiadające jednak możliwość przemieszczania za pomocą systemu jezdnego. Nie dopuszcza się urządzeń mocowanych

119. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Szyna do CPM, urządzenie konkurencyjne cenowo, różniące się parametrami, o opisie jak poniżej:

Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego, biodrowego i skokowego)

Mobilizacja stawu skokowego, biodrowego i kolanowego

Możliwość współpracy z Kartą Pamięci

Automatyczne zwiększenie wyprostu

Automatyczne zwiększenie zgięcia

Przerwa w trakcie wyprostu

Regulacja prędkości

Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu

Regulacja siły oporu

Regulacja czasu trwania ćwiczeń

Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia

Funkcja rozgrzewki „Warm up” z menu pilota

Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia

Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu

Regulacja podpory stopy

Limit automatycznego wzrostu zgięcia

Limit automatycznego wzrostu wyprostu

Zakres ruchu w stawie biodrowym: 7° - 115°

Zakres ruchu w st. skokowym 20° - -40°

Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum: 0° - 110°

siła: 0- 40 kg

Prędkość ruchu minimum: 0,8°/sekundę - 3,5°/sekundę

Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230V - 60 Hz

Stabilne urządzenie o wadze 14 kg

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ (proponowane parametry nie spełniają wszystkich wymagań SIWZ)

120. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Urządzenie do mechanoterapii, kolumna rehabilitacyjna i wyposażenie kolumny, stanowisko kolumnowe z regulacją wysokości przy pomocy sprężyny gazowej sterowanej za pomocą wygodnego uchwytu ręcznego, bez systemu szczelin? Na aparacie wykonuje się ćwiczenia w dokładnie ten sam sposób, co w urządzeniu opisanym. Wyposażenie aparatu stanowi szeroki zestaw:

dwieszka ramion i ud 0,57x0,15m – 4 szt. (RO-07)

Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m – 1 szt. (RO-09)

Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m -1 szt. (RO-08).

Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x0,17m – 1 szt.(RO -10)

Kamaszek – 1 szt. (SO-10)

Podwieszka samozaciskająca – 2 szt. (SO- 07)

Linka do zawieszzeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 5 m – 10 szt.

(LO-13)

Linka do ćwiczeń oporowych z dwoma karabińczykami i bloczkami dł. 5,5m – 1 szt.

Linka elastyczna z dwoma karabińczykami(tubing) – żółta 2 szt.

Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – czerwona 2 szt.

Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – zielona 2 szt.

Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – czarna 2 szt.

Linka elastyczna z dwoma karabińczykami (tubing) – srebrna 2 szt.

Uchwyt do ćwiczeń z gumami - 2 szt.

Bloczki z karabinkiem – 4 szt.

Obejmy na drążki z uchwytami do mocowania karabińczyków – 8 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Wyposażenie aparatu nie jest równoważne z wymaganiem.

121. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Urządzenie do mechanoterapii, Poręcze do nauki chodu, poręcze z regulacją wysokości pochwyty 71-104 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

122. Czy Zamawiający dopuści w pozycji Wanna do hydromasażu i masażu podwodnego, wannę o pojemności użytkowej 240l, sterowaną za pomocą elektronicznego, dotykowego panelu LCD o wymiarach zewnętrznych 2200x950x980mm oraz 70 dyszami do kąpieli perełkowej i 14 dyszami do hydromasażu – mniejsza liczba dysz jest zupełnie wystarczająca do przeprowadzenia skutecznego zabiegu hydroterapii, wyścig w ilości dysz powoduje spadek wydajności zabiegowej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. Większa liczba dysz to ich dokładniejsze rozmieszczenie wzdłuż ciała pacjenta. Zamawiający zna wanny różnych producentów o większej liczbie dysz niż 14 posiadających wysoką skuteczność zabiegową.

123. Czy Zamawiający wyjaśni zapis w pozycji Wanna do hydromasażu, punkt 22 – możliwość rozbudowy o system do magnetoterapii? Czy Zamawiający pragnie montażu takiego systemu przy dostawie wanny czy w terminie późniejszym?

Odpowiedź: Montaż systemu do magnetoterapii ma nastąpić w terminie późniejszym na zamówienie użytkownika.

124. Czy Zamawiający wyjaśni zapis w pozycji Wanna do hydromasażu, punkt 23 – elektrostymulator do kąpieli dwukomorowej, czy opisane urządzenie stanowi komplet z wanną do hydromasażu, czy też jest osobnym urządzeniem?

Odpowiedź: Elektrostymulator do kąpieli dwukomorowej jest wymaganym wyposażeniem pakietu wanna do hydromasażu i masażu podwodnego.

Dot. zapisów we wzorze umowy :

125. §3 pkt 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przeprowadzenia przeglądu technicznego lub konserwacji raz na kwartał w siedzibie Wykonawcy, z przyczyn technicznych, w trakcie którego uprawniona osoba dokona wszystkich możliwych wpisów do dokumentacji.

Odpowiedź: Istotą przeglądów jest wykonanie czynności technicznych a nie dokonanie wpisu (wpis do dokumentacji powinien potwierdzić wykonanie czynności zalecanych przez producenta)

Tylko bardzo złożone systemy wymagają przeglądów kwartalnych dlatego zamawiający podtrzymuje wymóg przynajmniej 1 przeglądu w ciągu roku chyba że producent zaleci częściej (wymóg dotyczy okresu gwarancji).

126. §3 pkt 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu realizacji naprawy do 25 dni oraz urządzenie w zastępstwie na ten czas?

Odpowiedź: Tak zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego w ciągu 3 dni roboczych.

127. §3 pkt 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku usług pogwarancyjnych, na zaproponowane ceny: w załączeniu cennik.

Serwis	Cena w EUR	Propozycja naszej ceny w PLN
Wymiana płyty sterownika urządzenia	800,00 EUR	3 438 zł
Wymiana ekranu dotykowego	139,00 EUR	597 zł
Wymiana pompy	375,00 EUR	1 611 zł
Wymiana systemu drenów wewnątrz urządzenia	95,00 EUR	408 zł
Wymiana tłumika	68,00 EUR	292 zł
Wymiana baterii	178,00 EUR	765 zł
Wymiana przedniego panelu obudowy urządzenia	124,00 EUR	533 zł
Wymiana tylnego panelu obudowy urządzenia	69,00 EUR	296 zł
Czyszczenie, sprawdzenie i ładowanie baterii, kontrola końcowa ze sprawdzianem bezpieczeństwa i kalibracją	90,00 EUR	387 zł
Ocena defektów i przygotowanie wyceny usług serwisowych	40,00 EUR	172 zł
Czyszczenie, wymiana baterii, kontrola końcowa ze sprawdzianem bezpieczeństwa i kalibracją	250,00 EUR	1 074 zł

1 EUR 4,30 zł

Odpowiedź: Patrz odpowiedź do pytania 21.

128. §3 pkt 10 – Prosimy o odstąpienie od tego wymogu, gdyż zaoferujemy urządzenie zastępcze.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź do pytania 21.

129. Prosimy o odstąpienie od wymogów w w/w punktach w sytuacjach uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika.

Odpowiedź: Tak zamawiający odstąpi w przypadku udokumentowanych uszkodzeń mechanicznych.

PAKIET nr 34

130. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o następujących parametrach technicznych:

1.	System ogrzewania pacjenta w skład którego wchodzi: kontroler grzewczy, materac grzewczy, koc grzewczy.
2.	Kontroler grzewczy z możliwością równoczesnego, niezależnego ogrzewania materaca i koca grzewczego (posiadający dwa gniazda).
3.	Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę.
4.	Możliwość regulacji temperatury w zakresie 32-39°C w krokach co 0,5°C.
5.	Materac grzewczy o wymiarach 100 x 50cm, przezierny dla promieni RTG.
6.	Temperatura materaca oraz koca grzewczego monitorowana przez 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni.
7.	Czas nagrzewania materaca grzewczego od temp. 20°C do 37°C 10 min. (+/- 3 min.).
8.	Elastyczny koc grzewczy o wymiarach max 105 x 500 cm, przezierny dla promieni RTG.
9.	Poszewki na materac oraz koc grzewczy wielokrotnego użytku, nadające się do prania (95°C) oraz dezynfekcji.
10.	Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów: nadtemperaturowych, niedogrzanania maty, czasu, kabla oraz zaniku zasilania.
11.	Uchwyt umożliwiający zamocowanie kontrolera do stojaka na płyny infuzyjne.
12.	Gwarancja min. 24 miesiące

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści pod warunkiem udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy.

PAKIET nr 34

131. Czy Zamawiający rozważy propozycję i dopuści możliwość zaoferowania systemu koców i materaców w pełni kompatybilnych z posiadanym już przez Zamawiającego (ten sam producent) co umożliwi zastosowanie wymienne nowych akcesoriów także do posiadanych sterowników. Prosimy również o dopuszczenie gwarancja. 24 miesiące. Parametry oferowanych materacy: Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów: nadtemperaturowych, niedogrzanania maty, czasu, kabla oraz zaniku zasilania. Materac grzewczy o wymiarach 100 x 50cm, przezierny dla promieni RTG. Temperatura materaca oraz koca grzewczego monitorowana przez 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. Czas nagrzewania materaca grzewczego od temp. 20°C do 37°C 10 min. (+/- 3 min.). Poszewki na materac oraz koc grzewczy wielokrotnego użytku, nadające się do prania (95°C) oraz dezynfekcji. Elastyczny koc grzewczy o wymiarach max 105 x 500 cm, przezierny dla promieni RTG.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do propozycji i dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Oferenta zaoferowania systemu materaców w pełni kompatybilnych z posiadanymi już przez Zamawiającego (ten sam typ urządzenia) Zamawiający wymaga w tym przypadku zaoferowania proponowanych zestawów materacy, koca i sterownika pod warunkiem utrzymania gwarancji 36 miesięcy.

cz.25 Łoża laminarna p.28

132. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia objętego pełną gwarancją obejmującą wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

cz.35 Szyna do CPM

133. Czy Zamawiający dopuszcza szynę fabrycznie nową, nieużywaną, niewystawową z wyprodukowaną przed 2014r, na którą Zamawiający uzyska 36 miesięczny okres gwarancji?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści.

134. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający pisząc: "Zakres ruchu w stawie kolanowym -100 - 1200" miał na myśli -10 stopni do 120 stopni, "Zakres ruchu w stawie biodrowym min.00-1150" miał na myśli 0 stopni do 115 stopni, "Regulowana prędkość 5% - 100% (max 2300/min)" miał na myśli prędkość maksymalną 230 stopni na minutę?

Odpowiedź: Tak jest to omyłka pisarska zamawiający miał na myśli "Zakres ruchu w stawie kolanowym -100 - 1200" miał na myśli -10 stopni do 120 stopni,

**"Zakres ruchu w stawie biodrowym min.00-1150" miał na myśli 0 stopni do 115 stopni,
"Regulowana prędkość 5% - 100% (max 2300/min)" miał na myśli prędkość maksymalną 230 stopni
na minutę?**

Dot. cz.34 System ogrzewania pacjenta p.19

135. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koca grzewczego o wymiarach 107x50cm?
Podane wymiary nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie wpływają na obniżeniu funkcjonalności
urządzenia

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuści (różnica jest mało istotna.)

Część nr 23 (Załącznik nr 1.23)

136. Zamawiający opisując laser holmowy nie podaje istotnych parametrów mających bezpośrednie przełożenie
na jakość i funkcjonalność urządzenia.

W związku z powyższym pragniemy doprecyzować przedmiot zamówienia i prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający wymaga aby oferowany laser holmowy posiadał:

1. Długość impulsu zmienną w zakresie od 95 mikrosekund do 1500 mikrosekund
-dolna granica 95 mikrosekund, odpowiedzialna za wydajne kruszenie kamieni
-górną granicę 1500 mikrosekund, odpowiedzialną za wydajne cięcie i koagulację
2. Min 4 tryby pracy do różnych zastosowań :
litotrypsja kamieni twardych
litotrypsja kamieni w moczowodzie, tzw. rozpylanie (brak odrzutu kamienia)
ablacja
koagulacja

które pozwalają na wszechstronne wykorzystanie urządzenia w procedurach urologicznych

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga spełnienia tych parametrów.

Pyt dot. SIWZ - Część nr 23 (Załącznik nr 1.23), pkt 6

137. W punkcie 6 Załącznika nr 1.23 Zamawiający wymaga: „Max energia impulsu co najmniej 2.5J”.
Pragniemy zauważyć, że w punkcie tym prawdopodobnie nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Specyfiką
laserów holmowych jest określanie posiadanej przez nich energii impulsu regulowanej w przedziale: od-do.
Zamawiający zapewne oczekuje zaoferowania wysokiej klasy urządzenia, a wyspecyfikowana przez niego
wartość 2,5J mieści się raczej w dolnej granicy maksymalnego przedziału energii posiadanej przez aktualnie
oferowane na rynku nowoczesne lasery holmowe. W związku z tym pragniemy zadać pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 6 będzie wymagał, aby oferowany laser holmowy posiadał regulowaną
energię impulsu w zakresie 0,2J-4J.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga spełnienia tych parametrów.

Dotyczy: Załącznika nr 1.33 Opis przedmiotu zamówienia- Strzykawka automatyczna dwutorowa, pkt.17

138. Ze względu na różne właściwości materiałów eksploatacyjnych wstrzykiwaczy i ich gwarancje
sterylności prosimy o odpowiedź: w jakich godzinach, w pracowni tomografii komputerowej Zamawiającego,
są przeprowadzane badania tomografii komputerowej?

Odpowiedź: Pracownia Tomografii komputerowej pracuje w systemie dyżuru 24-godzinnego.

**Ponadto Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23,
20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w
następujący sposób:**

Dodaje nowe zapisy w SIWZ rozdział XII jako ust.:

13. **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert- jako zał. nr 12.**

14. **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- jako zał. nr 13.**

15. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- jako zał. nr 14.
16. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- jako zał. nr 15.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca oddzielnie składa oświadczenia określone w ust. 13-16.”

Lublin, 03-06-2014r.

KOMENDANT
1 WSzKzP SP ZOZ w
Lublinie

plk dr n. med. Zbigniew Kędziński