



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
Z POLIKLINIKĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
W LUBLINIE**

20-049 Lublin  
Aleje Raclawickie 23  
NIP: 712-241-08-20  
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 00  
fax. +261 18 32 77  
www.lwzsk.pl

CERTIFICATE  
2004



Code NCAGE:  
0533H



PN-EN ISO  
9001-2001

Lublin, dnia 24.11.2016 r.

Strona internetowa zamawiającego  
[www.lwzsk.pl](http://www.lwzsk.pl)

**Znak sprawy: DZP/PN/33/2016**

**Dotyczy:** wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – *ze zm.*), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

**ZESTAW NR 1:**

**1. Dotyczy Zadania nr 11 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 1 rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o lepszym poziomie szczelności AQL 0,65.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 2.11 do SIWZ – wykreśla się dotychczasowy zapis „AQL 1,0” i wprowadza się w jego miejsce zapis o brzmieniu „AQL: 0,65-1,0”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**2. Dotyczy Zadania nr 11 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 3 rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o nieznacznej różnicy w grubości, tj. na palcu 0,22-0,24mm, na dłoni 0,21-0,22mm, na mankiecie 0,16-0,18mm, o obniżonym poziomie protein <20µg/g.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w pozycji 3 Załącznika nr 2.11 do SIWZ – wykreśla się dotychczasowy zapis „na palcu: 0,21-0,22mm, na dłoni: 0,20-0,21mm, na mankiecie 0,15-0,16mm, zawartość protein lateksowych <30µg/g” i wprowadza się w jego miejsce zapis o brzmieniu „na palcu: 0,21-0,24mm, na dłoni: 0,20-0,22mm, na mankiecie 0,15-0,19mm, zawartość protein lateksowych <20µg/g”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**3. Dotyczy Zadania nr 11 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 4 rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych, powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą polimerową, zewnętrzna mikro teksturowana, polimeryzowana o grubościach palec 0,24-0,25mm, dłoń 0,22-0,23mm, mankiety 0,18-0,19mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**4. Dotyczy Zadania nr 11 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania w poz. 4 rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych, powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą polimerową, zewnętrzna mikro teksturowana, polimeryzowana, pakowanych w kompletach dwóch rękawic, o zróżnicowanej kolorystyce ( zewnętrzna brązowa, wewnętrzna w kolorze zielonym), o min. grubościach pojedynczej ścianki palec min. 0,33mm, dłoń min. 0,30mm, mankiet min. 0,26mm, poziom protein <50µg/g, o długości min. 295mm dla rękawiczki zewnętrznej, poziom szczelności AQL 0,65.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**5. Dotyczy zadania nr 11 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania w poz. 5 rękawic chirurgicznych bezlateksowych, kolor ciemno beżowy, AQL 0,65, pakowane w opakowania wewnętrzne papierowe, zewnętrzne typu folia/folia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**6. Dotyczy części nr 10 poz. 4**

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści zaferowanie rękawic foliowych w rozmiarach S, M, L?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie rękawic foliowych w rozmiarach S, M, L. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 4 Załącznika nr 2.10 do SIWZ – wykreśla się dotychczasowy zapis „ROZMIARY: XS-XL” i wprowadza się w jego miejsce zapis o brzmieniu „ROZMIARY: S-L”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**7. Dotyczy części nr 10 poz. 4**

Czy stawiając wymóg pakowania rękawiczek foliowych w praktyczny woreczek foliowy, Zamawiający miał na myśli woreczek z zawieszka?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**8. Dotyczy zapisów SIWZ - próbki**

Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 10 par z jednego dowolnego rozmiaru, w naszej ocenie taka ilość próbek w zupełności wystarczy do sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje oceny jakości, a także mając na względzie zapotrzebowanie Zamawiającego w małą ilość rękawic np. w przypadku zadania nr 10 poz. 1, 3 i 4, prosimy o zmianę wymogu w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**ZESTAW NR 2:**

**9. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności? Zgodnie z §6 pkt. 3 Zał. Nr 3 do SIWZ (wzór umowy) - Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać dane dotyczące ilości opakowań zbiorczych, datę ważności produktów, numer serii zgodnie z dostarczonym towarem oraz wyspecyfikowany cały asortyment zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu, a także adnotacją, że dostawa jest zgodna z zamówieniem i zawartą umową (podać numer umowy).

**Odpowiedź: Zgodnie z §6 pkt. 3 Zał. Nr 3 do SIWZ (wzór umowy) – Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać dane dotyczące ilości opakowań zbiorczych, datę ważności produktów, numer serii zgodnie z dostarczonym towarem oraz wyspecyfikowany cały asortyment zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu, a także adnotacją, że dostawa jest zgodna z zamówieniem i zawartą umową (podać numer umowy).**

#### **10. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **11. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie środków transportu towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **12. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie środków transportu towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **13. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie środków transportu towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **14. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie środków transportu towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **15. Dotyczy SIWZ**

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie środków transportu towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **16. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomógł przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

***Odpowiedź: Dostawca zobowiązany jest do złożenia towaru we wskazanym przez pracownika Szpitala pomieszczeniu magazynowym. Zamawiający nie wymaga od przewoźnika obecności podczas sprawdzania zgodności towaru z zamówieniem.***

#### **17. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie udziału pośredników w transporcie towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **18. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyceznymi.

***Odpowiedź: Zamawiający nie ma sprecyzowanych wymagań odnośnie środków transportu towarów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zrealizuje transport odpowiednim dla przedmiotu zamówienia środkiem transportu – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **19. Zadanie nr 2 poz. 6**

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

#### **20. Zadanie nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kranik z przedłużaczem 15cm?

***Odpowiedź: Zamawiając dopuszcza, ale nie wymaga drenu o długości 15cm. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.***

#### **21. Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule dożylnie (sterylne jednorazowego użytku):

- z portem bocznym do wstrzyknięć, z samozamykającym się zaworem portu bocznego
- wykonane z teflonu;
- widoczne w RTG.
- mają posiadać filtr hydrofobowy lub zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi,
- z elastycznymi skrzydełkami, łatwymi do mocowania
- łatwość wprowadzania do żył, elastyczność kaniuli;
- wyposażona w igłę zapewniającą niewielki bezbolesny uraz tkanki
- kompatybilne z innym sprzętem np. aparaty do przetoczeń i inne
- jałowa, pakowane pojedynczo;
- jednorazowego użytku
- oznakowania CE

Na opakowaniu jednostkowym powinny zawierać się następujące informacje dotyczące: materiału, rozmiaru (średnica i długość), przepływ w ml/min., nazwa producenta, data ważności.

Rozmiary:

16G, 1,7x45mm, przepływ 200ml/min  
17G, 1,5x45mm, przepływ 142ml/min  
18G, 1,3x45mm, przepływ 95ml/min  
20G, 1,1x32mm, przepływ 65ml/min  
22G, 0,9x25mm, przepływ 36ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**22. Zadanie nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji stabilizator do kaniul (opatrunek do mocowania kaniul dożylnych)

- włóknikowy, z klejem hypoalergicznym
- gwarantujący maksymalne nieruchomienie cewnika,
- wymiary szer. 6-8 cm x 8-10 cm,
- pakowany pojedynczo, jałowy, jednorazowego użytku,
- przepuszczalny dla gazów i pary,
- z wygodnym nacięciem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**23. Zadanie nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji stabilizator do kaniul (opatrunek do mocowania kaniul dożylnych)

- transparenty, z klejem hypoalergicznym
- gwarantujący maksymalne nieruchomienie cewnika,
- wymiary szer. 6-8 cm x 8-10 cm,
- pakowany pojedynczo, jałowy, jednorazowego użytku,
- nieprzepuszczalny dla płynów,
- z wygodnym nacięciem,
- wykonany z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**ZESTAW NR 3:**

**24. Dotyczy Zadania nr 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 1 przyrządów do podawania płynów infuzyjnych z komorą wolną od PCV, bez ftalanów o dł. drenu 150 cm z logo producenta na zaciskaczu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**25. Dotyczy Zadania nr 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 2 przyrządu do przetaczania krwi z komorą wolną od PCV, bez ftalanów o dł. drenu 150 cm z logo producenta na zaciskaczu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**26. Dotyczy Zadania nr 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 4, 5 przedłużaczy bez ftalanów

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**27. Dotyczy Zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką hemostatyczną (antyzwrotną) silikonową. Wklucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Cewnik kontrastujący w RTG, cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się

szczelnie do mandrynu (atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Kaniule pakowane w sztywny – szczelny blister-pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania), na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew., długość kaniuli, przepływ, oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.

Rozmiar :

22G ( 0,9 ), dł. - 25mm , przepływ : 36ml/min.

20G ( 1,1 ), dł. - 32mm , przepływ : 60ml/min.

18G ( 1,3 ), dł. - 45mm , przepływ : 90ml/min.

17G ( 1,5 ), dł.- 45mm , przepływ : 140ml/min.

16G ( 1,7 ), dł.- 45mm , przepływ : 180ml/min.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **28. Dotyczy Zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 opatrunek do mocowania kaniul Dermafoil IV 6x7cm /trzeba zapytać o rozmiar, bez podkładki i wkładu chłonnego/

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **29. Dotyczy Zadania 10**

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, spełniające normy ASTM F 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III. Grubości: dłoń mm  $0.11 \pm 0,02$  czubki palców mm  $0.13 \pm 0,02$  rękaw mm  $0.09 \pm 0,02$ , długość min. 240mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **30. Dotyczy Zadania 10**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTM F 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1. Grubość: dłoń w mm  $0.07 \pm 0,01$  czubki palców mm  $0.10 \pm 0,01$  rękaw mm  $0.06 \pm 0,01$ .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **31. Dotyczy Zadania 12**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1. rękawice lateksowe do procedur wysokiego ryzyka jednorazowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane wewnętrznie, AQL- 0,65. Kolor ciemno niebieski, anatomiczny kształt, oburęczne, teksturowana powierzchnia, wzmocniony rolowany mankiet. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii IIIa. Min. długość 300mm dla rozmiarów S-L oraz min.240mm dla rozmiaru XL. Grubość dłoni:  $0,32 \pm 0,02$ ; na końcach palców:  $0,33 \pm 0,02$ ; mankiet:  $0,22 \pm 0,02$ . Spełniające normy EN455-I-II-III, EN374-I-II-III, ASTM F 1671.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

## **ZESTAW NR 4:**

### **32. Dotyczy pakietu nr 6**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 1,2,3,4 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**33. Dotyczy pakietu nr 6, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7 – 8.0 F, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

**34. Dotyczy pakietu nr 6, Pozycji nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie kateterów moczowodowych o rozmiarach 3-7 F, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

**35. Dotyczy pakietu nr 6, Pozycji nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie przewodnika o długości 80 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** *Zamawiając dopuszcza, ale nie wymaga przewodnika o długości 80cm. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

**ZESTAW NR 5:**

**36. Pytanie 1 - zadanie nr 5 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie kaniul wykonanych z teflonu.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga kaniul wykonanych z poliuretanu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

**37. Pytanie 2 - zadanie nr 5 poz. 2 i 3**

Proszę o wydzielenie stabilizatorów do kaniul do oddzielnego pakietu. Dopuszczenie powyższego w znaczący sposób pozwoli na złożenie korzystnych ofert jakościowych i cenowych większej liczbie oferentów (na kaniule i koreczki).

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

**38. Pytanie 3 - zadanie 10 Poz. 1**

Proszę o modyfikację wymogu grubości rękawicy i dopuszczenie grubości: dłoń 0,08-0,14mm; mankiet 0,05-0,12mm, palec 0,09-0,15 mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

**39. Pytanie 4 - zadanie 10 Poz. 2**

Proszę o modyfikację wymogu dotyczącą rękawic nitrylowych przebadanych na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374 potwierdzone niezależnymi badaniami przynajmniej na 3 związki chemiczne (zgodnie z listą zdefiniowanych substancji chemicznych). Norma EN374 w punkcie 5.3.2. wymaga odporności na przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych, dlatego prosimy o odpowiednią modyfikację wymogu, by odpowiadał zapisowi normy.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 2.10 do SIWZ – wykreśla się dotychczasowy zapis „EN 374-1, 2; i/lub podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 21 substancji chemicznych” i wprowadza się w jego miejsce zapis o brzmieniu „EN 374-1 z wyłączeniem pkt. 5.3.2. i EN 374-2”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

**40. Pytanie 5 - zadanie 10 Poz. 2**

Proszę o modyfikację wymogu: z podania na opakowaniu poziomu ochrony substancji chemicznych na: dopuszczenie odpowiednich dokumentów w których wyszczególnione są poziomy ochrony przynajmniej na 3 związki chemiczne.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

#### **41. Pytanie 5 - zadanie 10 Poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie rękawic foliowych, posiadających uniwersalny kształt, pakowanych w worek foliowy z odpowiednim otworem do wyjmowania, opakowanie 100szt., rozmiar S; M; L; XL.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

#### **ZESTAW NR 6:**

##### **42. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w poz. 1-6 igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **43. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 1,2 krótko oraz długo ściętych, zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **44. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zadaniu 2 sprzęt jednorazowego użytku pochodził od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **45. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 7 kraników w 3 kolorach: czerwonym, białym i niebieskim?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących kolorystyki kraników – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **46. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 7 i 8 kraników pochodzących od jednego producenta?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **47. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, by na opakowaniu zbiorczym igieł a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **48. Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga, by napisy na pojedynczych opakowaniach igieł były w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **49. Zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe kaniule dożylnie bez dodatkowego bocznego otworu w igle, z samodomykającym się portem bocznym zabezpieczonym standardowym korkiem?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **50. Zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę G18 1,3x45 przepływ min. 90ml/min?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

##### **51. Zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe kaniule dożylnie bez dodatkowego bocznego otworu w igle, z samodomykającym się portem bocznym zabezpieczonym standardowym korkiem, bez filtra hydrofobowego? Pozostałe parametry bez zmian.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**52. Zadanie 5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniul i korków pochodzących od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**ZESTAW NR 7:**

**53. Zadanie nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji stanika trójdrożnego z drem długości 10 cm z portem do dodatkowej iniekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**54. Zadanie nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu jednostkowym folia – papier z oznaczeniem o braku zawartości ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**55. Zadanie nr 5 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli dożylniej w rozmiarach. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

<b>Rozmiar ( GAUGE)</b>	<b>Rozmiar w mm</b>	<b>Przepływ</b>
16 G	1,7 x 45	196
17 G	1,5 x 45	128
18 G	1,3 x 33	103
20 G	1,1 x 33	61
22 G	0,9 x 25	36

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**56. Zadanie nr 5 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**57. Zadanie nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka. Takie rozwiązanie gwarantuje aseptykę pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**ZESTAW NR 8:**

**58. Dotyczy zadania nr 10 pozycja 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

### **59. Dotyczy zadania nr 10 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, niesterylnych, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana na końcach palców, mankiet równomiernie rolowany, długość rękawicy min. 240 mm, grubość rękawicy na palcu 0,08-0,12 mm, grubość na dłoni 0,06-0,08 mm, AQL 1,0-1,5, rozmiar od XS do XL. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych wg EN 374-3 i spełniające normy EN 455-1,2,3 oraz EN 374 – 1 z wył. punktu 5.3.2., EN 374-2, EN 374-3. Punkt 5.3.2 EN 374-1 brzmi: „Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych (z normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy EN 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”. Załącznik A określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle a nie w placówkach służby zdrowia. Oferowane przez nas rękawice są przebadane zgodnie z normą EN 374-3 na substancje chemiczne, które są powszechnie stosowane w szpitalnictwie (dezynfekcja) tj.:

50% kwas siarkowy /6 poziom

10-13% Podchloryn sodu /6 poziom

0,1% Fenol /6 poziom

36% Formaldehyd /3 poziom

5% Bromek etydydy /6 poziom

50% Glutaraldehyd /6 poziom

1,5% roztwór wodny metanolu/6 poziom

10% kwas octowy / 3 poziom

70% izopropanol /1 poziom

4% chlorheksydydy diglukonian /6 poziom

40% wodorotlenek sodu /6 poziom

oraz zgodnie z normą ASTM D6978– 05 na przenikanie 15 substancji chemicznych. Na opakowaniu podane 8 substancji chemicznych wraz z poziomami ochrony, pozostałe potwierdzone dokumentami.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wymaga zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 39. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.***

### **60. Dotyczy zadania nr 10 pozycja 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych w standardowych dla tego typu rękawic rozmiarach od S, M, L. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2.10 do SIWZ – wykreśla się dotychczasowy zapis „rozmiary: XS-XL” i wprowadza się w jego miejsce zapis o brzmieniu „rozmiary: S-L”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.***

### **61. Dotyczy zadania nr 11 pozycja 2 i 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubościach nieznacznie różniących się od wymaganych tj.: na palcu: 0,22-0,23mm, na mankiecie: 0,18-0,19mm. Różnica ta nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem. Pragniemy nadmienić, iż oferowane rękawice są szczelne, elastyczne i wytrzymałe mechanicznie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w pozycji 2 Załącznika nr 2.11 do SIWZ – wykreśla się dotychczasowy zapis „na palcu: 0,21-0,22mm, na dłoni: 0,20-0,21mm, na mankiecie 0,15-0,16mm”i wprowadza się zapis o brzmieniu „na palcu: 0,21-0,23mm, na dłoni: 0,20-0,21mm, na mankiecie 0,15-0,19mm”.***

***Dot. pozycji nr 3 Załącznika nr 2.11 do SIWZ – Zamawiający wyraża zgodę i wymaga zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.***

## **62. Dotyczy zadania nr 12 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, spełniających normę EN 374 – 1 z wył. punktu 5.3.2., EN 374-2, EN 374-3. Punkt 5.3.2 EN 374-1 brzmi: „Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych (z normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy EN 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”. Załącznik A określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle a nie w placówkach służby zdrowia. Oferowane przez nas rękawice są przebadane na substancje chemiczne, które są powszechnie stosowane w szpitalnictwie (dezynfekcja), tj.:

5% Bromek Etydyny / 6 poziom

37% formaldehyd / 6 poziom

50% glutaraldehyd / 6 poziom

1.5 metanol w wodzie / 6 poziom

0.1% fenol / 6 poziom

96 % kwas siarkowy /1 poziom

40 % wodorotlenek sodu /6 poziom

n-Heptan / 2 poziom.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

## **63. Dotyczy zadania nr 13 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, spełniających normę EN 374 – 1 z wył. punktu 5.3.2., EN 374-2, EN 374-3. Punkt 5.3.2 EN 374-1 brzmi: „Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych (z normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy EN 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”. Załącznik A określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle a nie w placówkach służby zdrowia. Oferowane przez nas rękawice są przebadane na substancje chemiczne, które są powszechnie stosowane w szpitalnictwie (dezynfekcja) tj.:

50% kwas siarkowy /6 poziom

10-13% podchloryn sodu /6 poziom

0,1% fenol /6 poziom

36% formaldehyd /3 poziom

5% bromek etyldyny /6 poziom

50% glutaraldehyd /6 poziom

1,5% metanol w wodzie /6 poziom

10% kwas octowy / 3 poziom

70% izopropanol /1 poziom

4% chlorheksydyna /6 poziom

4% chlorheksydyny diglukonian /6 poziom

3% nadtlenek wodoru / 6 poziom

4% glutaraldehyd / 6 poziom

40% wodorotlenek sodu /6 poziom

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

## **64. Dotyczy punktu IV.2.3. 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie ilości opakowań rękawic diagnostycznych oraz ich rozmiarów w zakresie części 10 pozycja 1-4, części 12 i 13.

**Odpowiedź:** *Zgodnie z pkt. IV.2.3. ppkt. 3 SIWZ, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia określony w Zad.1-13 spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga próbki oferowanego przedmiotu zamówienia określonego*

w: zad. nr 10 (dla każdej pozycji w tabeli formularza cenowego), zad. nr 11 (dla każdej pozycji w tabeli formularza cenowego), zad. nr 12, zad. 13 – po min. 10 par z każdego rozmiaru z etykietą handlową w celu dokonania prób użytkowych oraz do sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem.

**65. Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez wykreślenie następującego zwrotu: „Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie będzie kwestionował kosztów wykonania zakupu zastępczego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**66. Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**67. Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 9 ust. 1 pkt 1. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**68. Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu § 12 ust. 2 pkt 2 lit. b projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**ZESTAW NR 9:**

**69. Zadanie nr 6**

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1, 2, 3 i 4 Zadania nr 6 i zaoferowanie:

- w pozycji 1 zestawów w rozmiarze 4,7 – 8 F, odstęp między zaczepami 16-30 cm,
  - w pozycji 2 kateterów 3 -7F, dł. 70 cm,
  - w pozycji 3 przewodnika o dł. 150 cm,
- pozostałe parametry oferowanych narzędzi zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**ZESTAW NR 10:**

**70. Zadanie 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający oczekuje oby dren pozbawiony był ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**71. Zadanie 3, pozycja 1-2**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**72. Zadanie 3, pozycja 3-4**

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**73. Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej, jakości FEP, z portem bocznym z silikonową zastawką zapobiegającą cofaniu się płynów, ze standardowym koreczkiem oraz zastawką zapobiegającą wypływowi krwi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**74. Zadanie 5, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby kaniule posiadały dodatkowy boczny otwór w igle umożliwiający szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**75. Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 17G o przepływie 140ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**76. Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G 1,3 x 45mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**77. Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G o przepływie 62ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**78. Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 22G o przepływie 33ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**79. Zadanie 5, pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opatrunek do kaniul przezroczysty wyposażony był w podkładkę i centralny wkład chłonny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**80. Pakiet 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a' 200 sztuk dla rozmiarów XS-L oraz a'180 sztuk dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości na 4770 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**81. Pakiet 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach M i L?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **82. Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 89 µg/g, siła zrywu przed starzeniem  $\geq 9N$ , o długości 286 mm oraz grubościach: palce: 0,16 mm +/-0,02; dłoni: 0,14 mm +/-0,02; mankiet: 0,12 mm +/-0,02?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **83. Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 79 µg/g, o grubościach: palce: 0,16 mm +/-0,02; dłoni: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,10 mm +/-0,02?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **84. Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 50 µg/g, o grubościach: palce 0,23 mm; mankiet: 0,18 mm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **85. Pakiet 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 79 µg/g, o grubościach: palce: 0,16 mm +/-0,02; dłoni: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,10 mm +/-0,02?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **86. Pakiet 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein poniżej 50 µg/g, o grubościach: palce 0,23 mm; mankiet: 0,18 mm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **87. Pakiet 11, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową, polimerowane obustronnie, o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru, oraz grubościach: palce: 0,32 mm +/-0,02; dłoni: 0,28 mm +/-0,02; mankiet: 0,22 mm +/-0,02, podwójnie pakowane – wewnątrz papier, zewnątrz folia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **88. Pakiet 11, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze jasnobrązowym, ze specjalną warstwą antypoślizgową, o grubościach: palce: 0,23mm; dłoni: 0,20mm, pakowane podwójnie: wewnątrz papier, zewnątrz folia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **89. Pakiet 11**

Udzielenie negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące pakietu 11 narazi Zamawiającego na zarzut celowego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców i naruszenie zasad prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji art. 29 ust. 2 poprzez żądanie niczym nieuzasadnionych wymagań. Wymagania dla powyższych pakietów, we wskazanych pozycjach, spełnia wyłącznie firma MERCATOR i fakt ten uniemożliwia innym firmom złożenie oferty. „Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję” - wyrok Krajowej Izby Gospodarczej, sygn. KIO 765/14, teza LexPolonica.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Proponowane rękawice zawierają bardzo wysokie poziomy protein, które mają bezpośredni wpływ na zwiększone ryzyko występowania alergii u personelu.*

### **90. Pakiet 12**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200 sztuk dla rozmiarów XS-L oraz a'180 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem ilości na 60 opakowań?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **91. Pakiet 12**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim z poziomem AQL 1,0, o długości 240mm, grubościach: palce: 0,08 mm +/-0,01; mankiet: 0,06 mm +/-0,01 z siłą zrywu min. 6 N przed oraz po starzeniu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **92. Pakiet 13**

Czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na min. 2 alkohole stosowane w dezynfekcji takie jak etanol oraz izopropanol o stężeniu min. 70% będące na min. 2 poziomie odporności?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **ZESTAW NR 11:**

#### **93. Zadanie nr 3, poz. 3-4**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 i 4 z zadania nr 3 tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Zgoda na powyższe umożliwi przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

#### **94. Zadanie nr 3, poz. 3-4**

Proszę o doprecyzowanie czy oferowane przewody mają być wyposażone w rolkowy regulator oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji?

**Odpowiedź:** *Oferowane przewody muszą być wyposażone w rolkowy regulator oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji. Wobec powyższego, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2.3 do SIWZ (poz. 3 i 4 tabeli) – dodaje się zapisy o brzmieniu „wyposażony w rolkowy regulator oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

### **ZESTAW NR 12:**

#### **95. Zad. 10 poz. 2**

Czy Zamawiający wymagając spełnienia normy EN 374-1 ma na myśli zgodność z wyłączeniem punktu 5.3.2?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę i wymaga zgodnie z treścią udzielonych odpowiedzi na pytania nr 39 i 59. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

#### **96. Zad. 10 poz. 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzenie odporności na substancje chemiczne dołączyć wyniki badań wykonane przez jednostkę niezależną?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

### **Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.**

W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił tolerancję wymiarów, Zamawiający wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanego przez Wykonawcę wymiaru.

Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp dokonuje **stosownych zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu.**

Ponadto, Zamawiający **zmienia termin składania ofert na 12.12.2016, godz. 11<sup>00</sup>**. Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych **zmian w SIWZ** oraz **załącznikach nr 2.3, 2.10 i 2.11 do SIWZ** należy uwzględnić w składanych ofertach.

**KOMENDANT**  
**1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie**  
**wz. plk mgr inż. Wiesław TYRKA**

*Sporządził.: Michał Kanikula*