



1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
Z POLIKLINIKĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
W LUBLINIE

20-049 Lublin  
Aleje Raclawickie 23  
NIP: 712-241-08-20  
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 00  
fax. +261 18 32 77  
www.1wzsk.pl

CERTYFICATE  
2004



Code NCAGE:  
0533H



PN-EN ISO  
9001-2001

Lublin, dnia 23.01.2017 r.

Strona internetowa zamawiającego

[www.1wzsk.pl](http://www.1wzsk.pl)

Znak sprawy: DZP/PN/2/2017

**Dotyczy:** wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do angiografii i angioplastyki.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – *ze zm.*), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

**ZESTAW NR 1:**

1. Zadanie nr 5 poz. 6 – Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii.

Czy w opisie cewnika prowadzącego nie nastąpiła omyłka pisarska polegająca na wpisaniu przypadkowego parametru: Jest: „Dostępne długości 10 cm” a powinno być: „~~Dostępne długości 10 cm~~”.

**Odpowiedź:** Zamawiający w poz. 6 tabeli Załącznika nr 2.5 do SIWZ omyłkowo wpisał parametr „Dostępne długości 10cm”. Wobec powyższego, Zamawiający wykreśla w poz. 6 tabeli Załącznika nr 2.5 do SIWZ parametr graniczny o nazwie „Dostępne długości 10 cm”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**ZESTAW NR 2:**

2. Czy zamawiający w zadaniu 4 podpunkt " Cewnik balonowy semi- compliance" dopuści sprzęt dla którego shaft dystalny dla średnic 1.25-2.0 mm wynosi 2.6F, dla średnic 2.5-3.5 mm wynosi 2.7F a dla średnicy 4.0 mm wynosi 2.9F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.?"

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie sprzętu o takich parametrach, ale nie wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt 1) ustawy Pzp dokonuje **stosownych zmian w SIWZ – Załączniku nr 2.5 do SIWZ**. Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

**Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.**

W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił tolerancję parametrów granicznych, Zamawiający wymaga wskazania w tabelach parametrów granicznych i oceny jakościowej (Załączniki nr 2.1-2.9 do SIWZ) zaferowanych przez Wykonawcę wartości.

Treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych zmian w SIWZ – załączniku nr 2.5 do SIWZ należy uwzględnić w składanych ofertach.

**KOMENDANT**  
**1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie**

**wz. plk mgr inż. Wiesław TYRKA**

*Sporządził.: Michał Kanikula*