



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
W LUBLINIE**

20-049 Lublin
Aleje Raclawickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 00
fax. +261 18 32 77

www.1wszk.pl

CERTYFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



ZSJZ

PN-EN ISO
9001-2001

Lublin, dnia 09.03.2017 r.

Strona internetowa zamawiającego

www.1wszk.pl

Znak sprawy: DZP/PN/8/2017

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę podzespołu do aparatu MRI – cewka gradientów.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – *ze zm.*), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do ww. postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia, tj. montaż cewki i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego, w tym przeprowadzenie kontroli sprawności działania cewki, odbyły szkolenie z zakresu obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego Signa 1,5T HDxT u producenta rezonansu magnetycznego? Czy równocześnie w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń przez inżynierów, wystawionych przez producenta GE?

Odpowiedź: *W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań posiadania potwierdzenia odbycia przeszkolenia u producenta aparatu, co za tym idzie nie będzie wymagał okazania takiego potwierdzenia. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.*

Treść udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić w składanych ofertach.

KOMENDANT
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

wz. płk mgr inż. Wiesław TYRKA

(podpis Komendanta)