

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
ul. T. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, tel. 87 621 99 36
NIP: 712-241-08-20 REGON 431022232

Numer sprawy: DZP/PN/5/2018

Ełk, 2018-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DZP/PN/5/2018.

Nazwa zadania: **Przedmiotem Zamówienia jest:** dostawa implantów oraz wyrobów medycznych, ortopedycznych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy:

Wyjaśnienia

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 1-3, 11** dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokujących do gwoździ z gniazdem sześciokątnym zamiast torx?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia krótkiego o długości 200mm zamiast 180-200mm?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia w wersji dłuższej o dł. 220 i 250mm zamiast 180-280mm?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
4. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 13** dopuści możliwość zaferowania śruby bez kołnierza uniemożliwiającego migrację śruby do miednicy?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
5. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 14** dopuści możliwość zaferowania śrubopłytki dynamicznej DSB o dł. od 48 mm dla płyty 2 otw. do 336mm dla płyty 20 otw?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
6. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 15** dopuści możliwość zaferowania śruby zespalającej DSB/DSK o dł. gwintu 22 lub 27mm zamiast 18 lub 27mm?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
7. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 18** dopuści możliwość zaferowania płytki blokowanej: do szyjki i głowy kości promieniowej, pod wkręty blokowane 2,4mm oraz pod wkręty korowe 2,7mm?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
8. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 20** dopuści możliwość zaferowania wkrętu gąbczastego 04,O-6,5mm?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
9. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 26** dopuści możliwość zaferowania drutu Kirschnera gwintowanego o dł. L=150-210mm?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
10. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 12 poz. 29** dopuści możliwość zaferowania drutu do cerklarzu o dł. L=5mb zamiast L=10mb?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
11. Dot. umowy dostawy §14 pkt. 2. 2)a) - Czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nastąpiłaby po zawarciu umowy - Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto, cena netto nie uległaby zmianie?
ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ
12. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Zadania nr 12** niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 12 A ?
Pozwoli to Wykonawcy na zaferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

19	Wkręt korowy samogwintujący 0 3,5mm - 4,5mm L=16-70mm		szt.	200
----	---	--	------	-----

20	Wkręt gąbczasty 0 4,5mm - 6,5mm		szt.	100
21	Wkręty kostkowy samogwintujący 0 4,5mm L=35-60		szt.	100
22	Wkręty łódkowaty samogwintujący 0 3,5mm		szt.	50
23	Wkręt kaniulowany samogwintujący 0 4,5mm - 5,0mm L=30-60		szt.	100
24	Podkładka pod w/w wkręty		szt.	50
25	Gwóźdź Kirschnera - trójgraniec 0 1,0mm - 3,0mm L=150-310 mm		szt.	100
26	Gwóźdź Kirschnera gwintowany 0 2,0mm - 3,0mm L=150-250mm		szt.	200
27	Groty Steinmanna 0 4,0mm - 5,0mm		szt.	50
28	Gwóźdź Rusha 0 2,4 - 4,8mm		szt.	50
29	Drut do cerklarzu 0 0,5 - 1,5mm, L=10mb		szt.	3

ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ

Zadanie nr 12

13. Czy Zamawiający w związku z zapisem rozdziale I pkt. 12 i 13 SIWZ oraz w §10 ust. 5 umowy wyrazi zgodę na odstąpienie od sterylności asortymentu z zadania nr 12 poz. nr 1-17 oraz 19-29?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE NIE WYMAGA

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów umowy:

14. Czy Zamawiający w §8 ust. 3 odstąpi od wskazywania na fakturze informacji dot. ważności wyrobów w przypadku wyrobów niesterylnych z zadania nr 12?

Zgodnie z przepisami prawa nie ma obowiązku umieszczania na produkcie niesterylnym oraz posiadania przez ten produkt terminu ważności.

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę dokonuje stosownej zmiany w §8 ust. 3:

Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać dane dotyczące ilości opakowań zbiorczych, datę ważności produktów - jeśli dotyczy, numer serii zgodnie z dostarczonym przedmiotem zamówienia oraz wyspecyfikowany cały asortyment zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu, a także adnotacją, że dostawa jest zgodna z zamówieniem i zawartą umową (podać numer umowy).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć faktury w formie pisemnej oraz dodatkowo elektronicznie w formacie XML, KTO do Apteki szpitalnej na adres (email) apteka@lwszk.elk.pl.

15. Czy Zamawiający w §10 ust. 4 zmieni okres gwarancji z 36 miesięcy na 12 miesięcy?

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę dokonuje stosownej zmiany w §10 ust. 4:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia dostarczanego przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

16. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §11 ust. 1:

a) pkt. 1 z 1% na 0,5%,

b) pkt. 2 z 5% na 2%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na zmianę w §11 ust. 1: pkt. 1 z 1% na 0,5%

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zmianę w §11 ust. 1: pkt. 2 z 5% na 2%

17. Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 1 pkt 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co

może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę i wprowadza stosowną zmianę w §11 ust. 1: pkt. 3 :

za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy przy czym Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

18. Czy Zamawiający w §8 ust. 3 odstąpi od wymogu przesyłania faktur w formie elektronicznej w formacie XML, KTO na rzecz formatu word lub excel przesyłanego elektronicznie?

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody

19. Pytanie 1, dotyczy Zadania Nr 4 Grawitacyjny system separacji płytek krwi, pozycje 1.1 i 2.1

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty zgodzi się na zaoferowanie zestawu do grawitacyjnej separacji płytek krwi umożliwiającego odzyskanie ponad 90% trombocytów o ponad 9-cio krotnej koncentracji, zawierającego akcesoria do pobierania krwi (26ml) ze strzykawką antykoagulant, separator z 3 portami Luer-Lock, zabezpieczony przegrodą chroniącą przed zmieszaniem uzyskanych frakcji, w której znajduje się komora na odwirowany koncentrat bogato płytkowy min. 3ml?

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

20. Pytanie 2, dotyczy Zadania Nr 6 Implanty do ACL do techniki anatomicznej z wykorzystaniem tzw. "hamstringów" oraz wiązadła właściwego rzepki oraz szycia łąkotki, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem, wprowadzana na podwójnym podajniku z ogranicznikiem głębokości; podajnik w wersji prostej i

zakrzywionej?

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

21. Pytanie 3, dotyczy Zadania Nr 10 Implanty do ACL, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania podłużnej, tytanowej płytki typu endobutton z dwoma otworami, z jedną nicią prowadzącą, z automatycznym kotwiczeniem na korowce kości udowej, z poliestrową pętlą o długości 15mm-45mm, skok co 5mm, wytrzymałość 1716N; zamiennie tytanowa płytka typu endobutton z podwójną pętlą o zmiennej długości

0-60mm do zastosowania w przypadku bardzo krótkiego kanału w kości udowej lub wydłużona płytka rewizyjna 20 mm z podwójną pętlą o regulowanej długości lub tytanowa płytka typu endobutton z podwójną pętlą na trwałe związana z dodatkową pętlą do zastosowania z przeszczepem z więzadła właściwego rzepki?
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

22. Pytanie 4, dotyczy Zadania Nr 10 Implanty do ACL, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania osteointegracyjnej, biokompozytowej (polilaktyd PLDLA i beta trójfosforan wapniowy TCP), kaniulowanej śruby interferencyjnej o średnicy od 7 do 11 mm i długościach 20-25-30-35mm?
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

23. Pytanie 5, dotyczy Zadania Nr 10 Implanty do ACL, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w zamian za wymagany "druć kierunkowy, wierzący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem" wiertło kierunkowe o średnicy 2.4 mm x 406 mm z oczkiem?
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

24. Pytanie 6, dotyczy Zadania Nr 13 Biomateriały, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania substytutu kości złożonego z hydroksyapatytu nanostrukturalnego w postaci pasty (83,5%) oraz granulek 0,5-1,0mm z hydroksyapatytu i beta-trójfosforanu wapnia (16,5%), stymulującego osteogenezę i maksymalną regenerację żywej kości, konfekcjonowanego w sterylnej strzykawce 2,5cm³ i 5cm³ (op.10cm³=2xop.5cm³) do bezpośredniej aplikacji do ubytku kostnego bez użycia kaniul?
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

25. Pytanie 7, dotyczy Zadania Nr 13 Biomateriały, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie substytutu kości o strukturze i składzie chemicznym podobnym do ludzkiej kości gąbczastej, granulata 1-4mm w postaci wchłanialnej, osteokondukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2- 10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia oraz zaferowanie opakowania 5cm³ w zamian za wymagane 2,5cm³?
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza

26. Pytanie 8, dotyczy Zadania Nr 14 Endoproteza głowy kości promieniowej, pozycja 1

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, wyrazi zgodę na zaferowanie głowy wykonanej ze stopu tytanu i dostawę instrumentarium każdorazowo do zabiegu?
ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SiWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z dużą ilością pytań zamawiający zamieszcza na większość pytań odpowiedzi jednocześnie informuje, że niezwłocznie zamieści odpowiedzi na pozostałe pytania.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert tj. 12.02.2018r. godz: 9:00, tym samym termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 12.02.2018r. godz: 9:10


KOMENDANT FILII
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego i Polikliniki
SPZOZ w Lublińcu, Filia w Elku
ptk Tomasz GRAF