



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin
Aleje Raławickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03
fax. +261 18 32 77

www.lwszk.pl

CERTIFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



ZSJZ

PN-EN ISO
9001-2008

Adres do korespondencji: Al. Raławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 09.10.2019 r.

Wykonawcy

Strona internetowa zamawiającego
www.lwszk.pl

Znak sprawy: DZP/PN/54/2019

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

1. Zwracamy się z prośbą o sprostowanie, czy w zadaniu nr 2 poz. 16 Zamawiający wymaga głowicy o częstotliwości 28,5kHz? Wg naszej wiedzy producent oferuje tylko głowicę o częstotliwości 28,5kHz do fakoemulsyfikatora Stellaris

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że gwarancja dla narzędzi z zadania 2 poz. 1-15 oraz 16 nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem nieodpowiedniego obchodzenia się z narzędziem przez personel medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancja na narzędzia z zadania nr 5 poz. 1-15 oraz 16 nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

3. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie gwarancji na narzędzia z zadania 2 poz. 1-15 do standardowych 24 miesięcy, tak jak w zadaniu 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie dla narzędzi z zadania 2 poz. 1-15 wymogu przeglądów okresowych. Dla narzędzi chirurgicznych nie są przeprowadzane przeglądy techniczne (producent nie przewidział przeglądów okresowych).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla poz. 19 w Załączniku nr 1.2 do SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 1.2 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany w Załączniku nr 1.2 do SIWZ – w poz. 28 poprzez wykreślenie zapisu „nie dotyczy narzędzi chirurgicznych poz. 1-15”

W załączeniu Załącznik nr 1.2 do SIWZ po zmianie. W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści składanej oferty. W przypadku zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

KOMENDANT
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

plk mgr Andrzej SKIBA

Sporz.: Alicja Warda

KIERUJĄCY
Działu Zamówień Publicznych
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

mgr inż. Joanna BAKULSKA