



1 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Filia w Ełku



Znak sprawy: DZP/PN/61/2019

Ełk, dn. 2019-10-30

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie - Filia w Ełku

Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie

Nr 17.04/19
2019-10-30

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku część II”.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet 10

Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu echokardiografów i aparatów USG firmy General Electric a w pakiecie 10 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG LOGIQ 7 w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z zadania nr 10 pozycję 1 dotyczącą aparatu USG LOGIQ 7 poprzez umieszczenie jej w odrębnym zadaniu nr 11. W załączeniu modyfikacja formularzy cenowych oraz formularza ofertowego. Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 1 zapisów dotyczących tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź: Formularz ofertowy stanowi wzór, w związku z tym Wykonawca może uzupełnić formularz w zakresie zadań, na które składa ofertę.

Pytanie nr 3

Dotyczy SIWZ rozdział I punkt 13.8, 13.9 oraz umowy załącznik nr 4, § 1 ust. 15, 16: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Warunkiem stosowania Raportu Serwisowego jest zachowanie treści oraz wymagań wyrażonych przez Zamawiającego w SIWZ Rozdz. I pkt.8 i 9 oraz w zał. nr 4 do SIWZ § 1 ust. 15. Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ rozdział II punkt 3, umowy załącznik nr 4, § 2 ust. 7 oraz formularza oferty załącznik 1 punkt 5c: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku „czasu reakcji” kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną. W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę i przedstawić kosztorys naprawy po konsultacji z użytkownikiem aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną.

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy załącznik nr 4, § 1 ust. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nieodpłatne szkolenie personelu w zakresie właściwej obsługi technicznej sprzętu realizowane było podczas przeglądu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Dotyczy umowy załącznik nr 4, § 2 ust. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiennie do zanonimizowanej umowy o pracę, Wykonawca przedstawił aktualne oświadczenie pracownika potwierdzające formę jego zatrudnienia? Umowa o pracę jest dokumentem który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jej udostępnianie nie jest możliwe. Proponowane rozwiązanie, polegające na przedstawieniu oświadczenia pracownika odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia, jest równoważne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dane z umowy o pracę, które mają być zanonimizowane, zawierać będą identyczne dane, jak te, które zawarte będą w oświadczeniu pracownika t.j. imię i nazwisko, datę zawarcia, rodzaj umowy o pracę.

Pytanie nr 7

Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych załącznik 3 do umowy § 2 ust. 2: Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, w postępowaniu brak jest zadań nr 23-26.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 3 do umowy § 2 ust. 2, t.j.

BYŁO:

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z harmonogramem przeglądów, konserwacji oraz ewentualnie zleceniem niezbędnych napraw w zakresie zadań nr 23,24,25 oraz 26.

POWINNO BYĆ:

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z harmonogramem przeglądów, konserwacji oraz ewentualnie zleceniem niezbędnych napraw w zakresie zadania nr

Pytanie nr 8

Pytanie dot. zał. nr 2 do SIWZ

Z związku z unieważnieniem postępowania w zakresie zadania nr 23, znak sprawy DZP/PN/44/2019 zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przewiduje, i ewentualnie kiedy, ogłoszenie postępowania w zakresie aparatury RTG (Artis Zee Ceiling wraz ze stacją syngo X-WP) oraz USG których Zamawiający nie objął niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2.9 do SIWZ poprzez wprowadzenie dwóch dodatkowych pozycji uwzględniających aparaturę RTG (Artis Zee Ceiling) oraz USG (Acuson P500).

Pytanie nr 9

Pytanie dot. SIWZ rozdz. I pkt. 13 ppkt. 2 a) oraz ppkt. 6 oraz rozdz. III pkt. III.1 ppkt. 2)c) tiret 2 dla zadania nr 9

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował niniejsze wymagania.

Czy intencją Zamawiającego jest to, by na każde życzenie Wykonawca miał obowiązek przedłożenia certyfikatów ze szkoleń prowadzonych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, czy Wykonawca nie musi posiadać certyfikatów?

Na podstawie wyłącznie oświadczeń bardzo trudno jest ocenić kompetencje podmiotów próbujących świadczyć takie usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z rozdz. III SIWZ.

Pytanie nr 10

Pytanie dot. SIWZ rozdz. III pkt. III.1 ppkt. 2)c) tiret 2 oraz zał. nr 4 do SIWZ par. 1 ust. 9, par. 3 ust. 1 dla zadania nr 9

Zgodnie z przywołaną w rozdz. III pkt. III.1 ppkt. 2)c) tiret 1 oraz w umowie ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010 czynności serwisowe może wykonywać podmiot upoważniony przez wytwórcę urządzenia medycznego. Czy Zamawiający zażąda okazania takiego upoważnienia?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zawarł w rozdz. III SIWZ.

Pytanie nr 11

Pytanie dot. SIWZ rozdz. I pkt. 13 ppkt. 2 p) oraz zał. nr 4 do SIWZ par. 1 ust. 17, par. 3 ust. 1 dla zadania nr 9

Z uwagi na to, że jednym z kroków czynności przeglądowych, określonych przez producenta jest wykonanie pełnej procedury kalibracji lampy rtg i detektora, która wymaga użycia kodów serwisowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania kodów serwisowych dedykowanych do konkretnego aparatu. Zwracamy uwagę, że pominięcie czynności wymaganych przez producenta może prowadzić do przedwczesnego zużycia się aparatu i w konsekwencji kosztownych napraw.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na rynku polskim pojawili się wykonawcy, którzy twierdzą, że to po stronie Zamawiającego jest dostarczenie mu dostępu do oprogramowania serwisowego. Brak wyraźnego wskazania może skutkować problemami interpretacyjnymi, która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiedzialna jest za posiadanie odpowiednich licencji do korzystania z oprogramowania serwisowego, niezbędnego do wykonanie pełnej procedury przeglądowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Pytanie dot. SIWZ rozdz. III pkt. III.1 ppkt. 2)c) tiret 1 dla zadania nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że przez „dany sprzęt” Zamawiający rozumie te same modele urządzeń wyszczególnione w poszczególnych zadaniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że użył stwierdzenia „dany sprzęt” mając na myśli urządzenia wyszczególnione w poszczególnych zadaniach

Pytanie nr13

Pytanie dot. zał. nr 4 do SIWZ dla zadania nr 9

Czy Zamawiający będzie wymagał dostępu do platformy on-line, na której w sposób ciągły dostępne będą wszystkie raporty serwisowe, certyfikaty i inne istotne dla działów aparatury medycznej informacje? Rozwiązanie takie pozwala na utrzymywanie formy elektronicznej wszystkich wydanych dokumentów serwisowych w wersji cyfrowej, w jednym miejscu oraz pozwala mieć do nich stały dostęp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art.38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia oraz na podst. art. 12a ust. 1) ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia **07.11.2019 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2019r. o godz. 10:10 w siedzibie Filii Zamawiającego – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku, ul. T. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, punkt podawczy - pokój nr 22.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

Zapraszamy do składania ofert w nowym terminie.

W związku z wprowadzoną modyfikacją Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- modyfikację Zał. nr 1 Formularz Oferta Wykonawcy
- modyfikację Zał. nr 2 Formularz cenowy
- modyfikację Zał. nr 4 Projekt umowy
- modyfikację umowy powierzenia przetwarzania danych - Zał. nr 3 do projektu umowy
- zmianę ogłoszenia o zamówieniu

Z poważaniem

KOMENDANT FILII
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lublinie

plk mgr inż. Mariusz PASIEKA

Katarzyna Sienkiewicz 
Zespół zamówień publicznych
Tel: 87/ 621-99-36
1WSzKzP-DZP.2612.61.2019.K.S.

SZEF ZESPÓŁU
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
mgr Aleksandra Białobrzęska