




**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin
Aleje Raclawickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03
fax. +261 18 32 77
www.lwszk.pl

CERTIFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



ZSJZ

PN-EN ISO
9001-2008

Adres do korespondencji: Al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 30.10.2019 r.

Wykonawcy

**Strona internetowa zamawiającego
www.lwszk.pl**

Znak sprawy: DZP/PN/60/2019

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego – Zestaw do endoskopii zabiegowej

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

Pytanie 1. Dotyczy, Zał. nr 1 do SIWZ punkty 32-44 i 73-77

1. Czy nie zaszła pomyłka pisarska i zamawiający w dwóch miejscach przez przypadek opisał to samo urządzenie czyli insuflator CO2? W przypadku pomyłki prosimy o wyłączenie punktów 73--77.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 szt. insuflatora CO2. Wobec powyższego Zamawiający wykreśla poz. 73-77 w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ punkty 73-86 (Wyposażenie)

2. Prosimy o potwierdzeni, że dla wyposażenia dodatkowego opisanego w punktach 73-86 Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków gwarancji i serwisu opisanych w punktach 87 - 107. Gwarancja dla wyposażenia i akcesoriów wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dla poz. 78-86, pozostałe poz. zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 3 Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ punkty 89, 93, 107 oraz Par. 3 ust. 14 wzoru umowy

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymóg autoryzowanego serwisu producenta dotyczył tylko urządzeń głównych a nie wyposażenia oferowanego zestawu tj. pkt. 73-86.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ w poz. 89, 93 i 107.

Pytanie 4 Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ punkt 91 w nawiązaniu do Par. 3 ust. 8 wzoru umowy – w celu ujednolicenia

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z czasem naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max. do 5 dni roboczych? Wymóg 72 godzin nie jest możliwy do zagwarantowania ze względu na czas transportu urządzenia z i do serwisu trwający 3 dni robocze.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ w poz. 91.*

Pytanie 5 Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ punkt 91 w nawiązaniu do Par. 3 ust. 8 wzoru umowy – w celu ujednoczenia

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 91 na następujący:
Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów – max. 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 12 dni roboczych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie 6 Dotyczy Zał nr 1 do SIWZ punkt 101,102

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwarancję dostępności serwisu i sprzedaży części zamiennych minimum 8 lat od momentu podpisania umowy? Okres ten jest warunkowany przez producenta bez możliwości wydłużenia.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ w poz. 101 i 102.*

Pytanie 7 – dotyczy formularza cenowego oraz zapisu Rozdz. IV.2 pkt. 3a

7. Czy w przypadku oferowania niemedyceznego wyposażenia oferowanego zestawu ze stawką vat 23% Zamawiający wyrazi zgodę na rozbieżności formularza cenowego na produkty z różną stawką vat tj. 8% i 23% ?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 8- dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 9

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Par. 3 ust. 9 na następujący:
9. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 8, jest niemożliwa, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o identycznych lub lepszych technicznie parametrach w terminie 4 dni **roboczych** od daty upływu terminu określonego w ust. 8. W takim przypadku termin wykonania naprawy zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Pytanie 9- dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 13 oraz Par 5 ust. 1. 5)

9. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczeni sprzętu zastępczego na czas naprawy nie spowoduj naliczania kar umownych za przekroczenie czasu usunięcia wady lub awarii.

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza. Możliwość naliczenia kar istnieje zgodnie z brzmieniem par. 5 ust. 1 pkt 5.*

Pytanie 10 - dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1.8)

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu **Par. 5 ust. 1.8)** na następujący
8) za przekroczenie deklarowanego czasu reakcji serwisu, Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy kara umowna (za każdy dzień) w wysokości 0,5% ceny brutto sprzętu którego zgłoszenie dotyczy, **łącznie nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy.**

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

W załączeniu Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie. W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści składanej oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

ZASTĘPCA KOMENDANTA
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
ds. II Obwodu Profilaktyko-Leczniczego
plk mgr inż.  WESOŁOWSKI

KIEROWNIK
Zamówień Publicznych
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie


mgr Joanna BAKULSKA
Sprz.: Alicja Warda