



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin
Aleje Raławickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03
fax. +261 18 32 77
www.1wszk.pl

CERTIFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



ZSJZ

PN-EN ISO
9001-2008

Adres do korespondencji: Al. Raławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 05.11.2019 r.

Wykonawcy

Strona internetowa zamawiającego
www.1wszk.pl

Znak sprawy: DZP/PN/63/2019

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

Załącznik nr 1.2 do SIWZ (Mikrotom rotacyjny półautomatyczny wyposażony w łaźnię wodną i płytę grzewczą)

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania półautomatyczny mikrotom wraz z łaźnią wodną i płytą grzewczą o następujących parametrach:

- Urządzenie kompletne, gotowe do pracy. Wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe oraz uchwyt na kasetki z preparatem.

- Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka.

- Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy.

- Dodatkowy przycisk wysuwu głowicy ze zmniejszoną prędkością, tzw. tryb „slow”.

- Dodatkowy przycisk do wysuwu głowicy z preparatem (tryb „slow”) z możliwością wyboru 4 prędkości.

- Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu 28 mm.

- Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu 70 mm.

- Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8 stopni

- Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

Cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm nastawiane w skokach:

- 0,5 do 6 µm skok co 0,5 µm

- 6 do 20 µm skok co 1 µm

- 20 do 50 µm skok co 2 µm

- 50 do 100 µm skok co 5 µm

-Trymowanie w zakresie do 0.5 do 750 μm :

-0.5 do 2 skok co 0.5 μm

-2 do 20 skok co 1 μm

-20 do 50 co 2 μm

-50 do 150 co 5 μm

-150 do 750 co 10 μm

-Możliwość rozszerzenia mikrotomu o zewnętrzny panel sterujący, który może zostać ułożony zarówno po lewej, jak i prawej stronie mikrotomu

-Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji

-Dźwignia blokady koła zamachowego umieszczona w ręczce dla zwiększenia szybkości i komfortu pracy

-Waga mikrotomu 33 kg dla zwiększenia stabilności urządzenia

-Łaźnia wodna o pojemności 2 litrów wraz z zintegrowaną płytą grzewczą o budowie „schodkowej” zdolnej pomieścić do 30 szkiełek. Podświetlenie łaźni wodnej typu LED (dwa kolory do wyboru).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

2. Czy Zamawiający odstąpi od punktowania parametrów technicznych z punktów 14,15,17,20,34,36,39?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
ds. II Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego

płk mgr inż. Paweł WESOŁOWSKI

Sporz.: Alicja Warda

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

mgr inż. Joanna BAKULSKA