




**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
Z POLIKLINIKĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin  
Aleje Raławickie 23  
NIP: 712-241-08-20  
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03  
fax. +261 18 32 77  
[www.lwszk.pl](http://www.lwszk.pl)

CERTYFICATE  
2004



Code NCAGE:  
0533H



**ZSJZ**

PN-EN ISO  
9001-2008

**Adres do korespondencji: Al. Raławickie 44, 20-043 Lublin**

Lublin, dnia 12.11.2019 r.

**Wykonawcy**

Strona internetowa zamawiającego  
[www.lwszk.pl](http://www.lwszk.pl)

**Znak sprawy: DZP/PN/65/2019**

*Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego*

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

**ZESTAW I**

**Dotyczy SIWZ, Rozdział II – Termin wykonania zamówienia**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania 2 do 4 tygodni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ**

**Zadanie 2 – Respirator stacjonarny**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu podemonstracyjnego, w pełni sprawnego, wyprodukowanego w 2017 roku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

3. **Pkt 94** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy**

4. **Par. 3 ust. 6** z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

5. **Par. 3 ust. 10** Po wykonanej czynności serwisowej (naprawa lub przegląd okresowy) Wykonawca standardowo dokonuje wpisu do paszportu technicznego oraz wystawia raport serwisowy, w których to dokumentach znajduje się opis czynności i informacja o stanie urządzenia. W związku z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu wystawiania kolejnego, dodatkowego dokumentu, jakim jest certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia po dokonanych przeglądzie okresowym? Wszystkie wymagane informacje o stanie urządzenia zawarte będą w paszporcie technicznym i raporcie serwisowym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

6. **Par. 5 ust. 1 pkt 3,6,8** - W naszej opinii zaproponowana punktach 3, 6, 8 kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

7. **Par. 5 ust. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

8. **Par. 5 ust. 1** - Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej, tj. max 10% wartości mowy brutto

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

## ZESTAW II

### Załącznik nr 1.2 do SIWZ

1. Pyt.1 pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści respirator z systemem odzwyczajania pacjenta od respiratora i ręczną próbą SBT ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Pyt.2 pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści respirator posiadający pomiar ciśnienia zalegającego AutoPEEP który opisuje ten sam stan pacjenta co FRC?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

3. Pyt.3 pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o samodzielny miernik tych parametrów co umożliwi pomiary na dowolnym stanowisku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

4. Pyt. 4 pkt. 22

Czy Zamawiający oprócz kompensacji oporu będzie wymagał również pomiaru i automatycznej regulacji ciśnienia w mankiecie tych rurek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

5. Pyt.5 pkt.43

Czy zamawiający dopuści automatycznie regulowany zakres 1-30 l/min (zależnie od stanu pacjenta)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

6. Pyt.6 pkt. 45 i 46

Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością ręcznego przedłużenia fazy wdechu i wydechu do 10 s i automatycznym przedłużeniem fazy wdechu i wydechu do 180 s zależnie od wykonywanego manewru pomiarowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

7. Pyt.7 pkt.86 Czy Zamawiający dopuści respirator z pneumatycznym nebulizatorem sterowanym elektronicznie, zasilanym gazem dostarczanym dla pacjenta i nie wymagającym dodatkowego zewnętrznego przepływu gazu ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

8. Pyt.8 pkt.38

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 0,1-10 s ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 4a pkt 1) ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert i wpłaty wadium na dzień **14.11.2019 r. godz. 09:30.**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 12a dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści składanej oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

**KOMENDANT**  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

**plk mgr Andrzej SKIBA**

**KIEROWNICZKA**  
mgr Alicja Warda  
Działu Zamówień Publicznych  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

**mgr inż. Joanna BAKULSKA**