




**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin
Aleje Raławickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03
fax. +261 18 32 77
www.lwszk.pl

CERTYFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



PN-EN ISO
9001-2008

Adres do korespondencji: Al. Raławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 14.11.2019 r.

Wykonawcy

Strona internetowa zamawiającego
www.lwszk.pl

Znak sprawy: DZP/PN/55/2019

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

Pakiet 15:

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 15 pozycji nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 co pozwoli innym wykonawcom na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz. nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 z Zadania nr 15 – Sprzęt okulistyczny I do nowego Zadania nr 15.1 – Sprzęt okulistyczny Ia. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ.

ZESTAW II

Dotyczy Zadania 3 – „Endoskopia I”

Poz. 1 - 6.

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów składowych zestawów wchodzących w skład pozycji 1-6, które będą miały podlegać przeglądowi technicznemu. Prosimy o podanie Symboli katalogowych oraz numerów seryjnych tych elementów.

Określenie „Wiertarka - przystawka do drutów” jest nieprecyzyjne i nie ma możliwości dokonania wyceny przeglądu na podstawie takiego określenia.

Prosimy o informacje czy przeglądowi ma podlegać również ładowarka akumulatorów.

Informujemy, że Microspeed GD670 jest to tylko urządzenie sterujące. Poza nim w skład zestawu wchodzi silniczki napędowe, oraz różne końcówki robocze. Przegląd każdego takiego elementu jest wyceniany osobno. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich w/w elementów.

Informujemy, że skład takich zestawu dobierany jest indywidualnie dla każdego szpitala i w różnych szpitalach może być różny.

Zwracamy uwagę że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest zobowiązany do opisanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący i z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Informujemy, że urządzenia typu GA640 są już wycofane z obsługi serwisowej. Możliwe jest wykonanie przeglądu technicznego, ale nie ma już możliwości wykonania naprawy (brak części zamiennych).

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu:

„ W przypadku braku możliwości wykonania naprawy z przyczyn technicznych Wykonawca sporządza odpowiedni raport będący podstawą do kasacji urządzenia”

Odpowiedź: Zamawiający usuwa w Załączniku nr 3.4 do SIWZ – Formularz cenowy poz. 2-6 i podaje skład zestawu z poz. 1:

- pedał sterujący SN 02825

- wiertarka model GD685 SN 001776

- wiertło model GD302R SN 50261.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ.

ZESTAW III

1. Dotyczy: zadanie nr 2

Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)/ instrukcji producenta sprzętu, obowiązującymi normami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów defibrylatorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Wymiana części eksploatacyjnych, które są przewidziane przez producenta po określonej ilości godzin pracy lub po przeprowadzeniu testu kontrolnego stwierdzającego stopień zużycia może nastąpić po akceptacji przedstawionej wyceny lub będzie wykonana po przeglądzie zgodnie z zaleceniami serwisu. Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych czynności serwisowych, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o podanie ilości godzin pracy w celu określenia zakresu przeglądu i konieczności użycia odpowiednich zestawów serwisowych. Oferta powinna zawierać koszt czynności serwisowych oraz części eksploatacyjnych standardowo przewidzianych do wykonania w trakcie przeglądu okresowego. Koszty, które wynikną w trakcie przeglądów będą rozliczane w oparciu o zapisy określone we wzorze umowy.

2. Dotyczy: zadanie nr 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 1,2 z zadania nr 8 i utworzy nowy odrębny pakiet? Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz. nr 1 i 2 z Zadania nr 8 – Kardiomonitor do nowego Zadania nr 8.1 – Kardiomonitor Dash. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ.*

3. Dotyczy: zadanie nr 8

Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)/ instrukcji producenta sprzętu, obowiązującymi normami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów kardiomonitorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: *Wymiana części eksploatacyjnych, które są przewidziane przez producenta po określonej ilości godzin pracy lub po przeprowadzeniu testu kontrolnego stwierdzającego stopień zużycia może nastąpić po akceptacji przedstawionej wyceny lub będzie wykonana po przeglądzie zgodnie z zaleceniami serwisu. Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych czynności serwisowych, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o podanie ilości godzin pracy w celu określenia zakresu przeglądu i konieczności użycia odpowiednich zestawów serwisowych. Oferta powinna zawierać koszt czynności serwisowych oraz części eksploatacyjnych standardowo przewidzianych do wykonania w trakcie przeglądu okresowego. Koszty, które wynikną w trakcie przeglądów będą rozliczane w oparciu o zapisy określone we wzorze umowy.*

4. Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 1-5

Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)/ instrukcji producenta sprzętu, obowiązującymi normami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- 10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Puritan Bennett 840 10K]

- 15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli urządzenie posiada kompresor)

Odpowiednio po 10 tysiącach i 15 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 co 12 miesięcy lub ze względu na określony stopień zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Wymiana części eksploatacyjnych, które są przewidziane przez producenta po określonej ilości godzin pracy lub po przeprowadzeniu testu kontrolnego stwierdzającego stopień zużycia może nastąpić po akceptacji przedstawionej wyceny lub będzie wykonana po przeglądzie zgodnie z zaleceniami serwisu. Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych czynności serwisowych, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o podanie ilości godzin pracy w celu określenia zakresu przeglądu i konieczności użycia odpowiednich zestawów serwisowych. Oferta powinna zawierać koszt czynności serwisowych oraz części eksploatacyjnych standardowo przewidzianych do wykonania w trakcie przeglądu okresowego. Koszty, które wynikną w trakcie przeglądów będą rozliczane w oparciu o zapisy określone we wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zapewnienia własnych części i materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia przeglądu, w takim przypadku Wykonawca odliczy od ceny przeglądu wartość użytych części od ogólnego kosztu.

5. Dotyczy: zadanie nr 23, poz. 6

Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)/ instrukcji producenta sprzętu, obowiązującymi normami.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE IVENT 201 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- roczny zestaw serwisowy [1 Year PM KIT]

-czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE IVENT 201 co 15000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- zestaw 15K

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których GE IVENT 201 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Wymiana części eksploatacyjnych, które są przewidziane przez producenta po określonej ilości godzin pracy lub po przeprowadzeniu testu kontrolnego stwierdzającego stopień zużycia może nastąpić po akceptacji przedstawionej wyceny lub będzie wykonana po przeglądzie zgodnie z zaleceniami serwisu. Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych czynności serwisowych, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o podanie ilości godzin pracy w celu określenia zakresu przeglądu i konieczności użycia odpowiednich zestawów serwisowych. Oferta powinna zawierać koszt czynności serwisowych oraz części eksploatacyjnych standardowo przewidzianych do wykonania w trakcie przeglądu okresowego. Koszty, które wynikną w trakcie przeglądów będą rozliczane w oparciu o zapisy określone we wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zapewnienia własnych części i materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia przeglądu, w takim przypadku Wykonawca odliczy od ceny przeglądu wartość użytych części od ogólnego kosztu.

6. Dotyczy zapisów wzoru umowy: §3 Sposób i warunki realizacji

Zgodnie z zapisem §3 wzoru umowy : Wykonawca winien posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie Certyfikat dla Przedsiębiorców – o których mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.2017.195-j.t).

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dla zadania nr 2,8,23 gdyż zapis ten nie dotyczy sprzętu wymienionego w ww. zadaniach

Certyfikat dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

A) Stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który można uzyskać w odniesieniu do jednej lub większej liczby następujących czynności: instalacja; naprawa, konserwacja lub serwisowanie; likwidacja.

B) Stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który można uzyskać w odniesieniu do jednej lub większej liczby następujących czynności: instalacja; naprawa, konserwacja lub serwisowanie; likwidacja.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w §3 ust. 16 umowy nadając mu brzmienie: „Wykonawca winien posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazać Zamawiającemu na każde jego żądanie Certyfikat dla Przedsiębiorców – o których mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U.2017.195-j.t) – nie dotyczy zadania nr 2, 8, 23.” Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 6

do SIWZ. Pozostałe warunki określone w SIWZ bez zmian.

7. Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia tj. zał. nr 1 do SIWZ - pkt.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu konserwacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego sprzętu objętego przedmiotowym postępowaniem, z uwagi na fakt, że tego rodzaju czynności posiada bezpośredni producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. Tego rodzaju wymóg wyklucza zupełnie udział w postępowaniu wykonawców posiadających pełną zdolność do rzetelnej realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym wymóg aktualizacji sprawia, że postępowanie ukierunkowane jest na jednego konkretnego wykonawcę. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju wymagania powinny być zlecane poza procedurami przetargowymi w procedurach niekonkurencyjnych, poza standardowymi czynnościami serwisowymi lub konserwacyjnymi.

Pozostawienie wymogu konserwacji oprogramowania, narusza w sposób istotny zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców tj. przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa ppkt 14 z opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku konieczności przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania będzie ono wykonane po uprzednim zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ.

ZESTAW IV

1. dotyczy zadania nr 23- respiratory

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie do innego pakietu ostatniej pozycji (respirator – iVent201). Pozwoli to wziąć udział w przetargu większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz. nr 6 z Zadania nr 23 – Respiratory do nowego Zadania nr 23.1 – Respirator iVent201. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ.

ZESTAW V

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 9: „W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić tylko odsetek ustawowych **za opóźnienie w transakcjach handlowych** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...licząc od dnia zgłoszenia” na „...licząc od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramem w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie usługi;**

2) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto **niezrealizowanej części** umowy, wskazanej w § 6 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW VI

Dotyczy zadania częściowego nr 1 aparaty USG:

1. Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia punkt. 2 ppkt. 15:

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zawartego w w/w punkcie wymogu porządkowania przestrzeni dyskowej i bazy danych. Wyjaśniamy, iż w/w czynności nie są wykonywane przez inżynierów serwisowych, ale ze względu m.in. na ochronę danych pacjenta leży tylko i wyłącznie w zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia punkt. 2 ppkt. 21, zał. nr 6 do SIWZ § 3 ust. 23:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie zapisów w/w punkcie. Nadmieniamy, iż dodatkowe instruktaże (szkolenia) podczas przeglądów podwyższa koszty oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SIWZ w nawiązaniu do załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 1 ust. 2:

Czy Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas wykonywania zamówienia, będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające szkolenia producenta do wykonywania przeglądów technicznych?

Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę aparatu i jego przydatność diagnostyczną oraz jak najdłuższą żywotność. Dlatego producent zaleca wykonanie serwisu jedynie przez autoryzowany serwis producenta. Dysponuje on pracownikami, którzy odbyli specjalistyczne/dedykowane szkolenia u producenta, więc posiadają specjalistyczną wiedzę na temat sprzętu, który serwisują. Ponadto wszelkie zmiany aparatu, modyfikacje przy użyciu nieoryginalnych części i nieautoryzowanego oprogramowania, bądź niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą skutkować utratą wymaganych niezbędnych możliwości diagnostycznych oraz bezpieczeństwa użytkownika aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów SIWZ w nawiązaniu do załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 3 ust. 13:

Zamawiający wymaga:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania przeprowadzanych czynności konserwacji/przeglądu przez cały okres trwania umowy, w tym kontroli czasu, przebiegu czynności konserwacji / przeglądu oraz weryfikacji cen zakupionych części i podzespołów użytych do naprawy sprzętu medycznego”

Wnosimy o rezygnację z zapisów „...weryfikacji cen zakupionych części i podzespołów użytych do naprawy sprzętu medycznego”. Z uwagi na zobowiązania wynikające z umowy na podstawie, której przyjął on zobowiązania autoryzowanego przedstawiciela producenta, dostarczenie faktury zakupu ewentualnych części nie będzie udostępnione

Ponadto, są to dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione osobom/podmiotom nieuprawnionym zgodnie z polityką firmy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Pytanie nr 5

Dotyczy zapisów SIWZ w nawiązaniu do załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 3 ust. 14:

Zamawiający wymaga:

„Zamawiający określa maksymalny czas konserwacji/przeglądu 1 egz. sprzętu medycznego na 1 godzinę zegarową, dla której dokonywać będzie rozliczenia finansowego w Wykonawcę”

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

14. „Zamawiający określa maksymalny czas konserwacji/przeglądu 1 egz. sprzętu medycznego na ok. 4 godziny zegarowe”

Wyjaśniamy, iż cena za konserwację/przegląd jest ryczałtowa bez względu na czas wykonania konserwacji/przeglądu. Natomiast 1 godzina nie jest wystarczająca na wykonanie przeglądu z zachowaniem wszystkich niezbędnych czynności wymaganych przez producenta aparatu USG, który jest wysokospecjalistycznym sprzętem diagnostycznym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w §3 ust. 14 umowy nadając mu brzmienie: „Zamawiający określa maksymalny czas konserwacji/przeglądu 1 egz. sprzętu medycznego na 1 godzinę zegarową, a dla zadania nr 1 na ok. 4 godziny zegarowe.” Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 6 do SIWZ. Pozostałe warunki określone w SIWZ bez zmian.

6. Pytanie nr 6

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 4 ust. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Odstąpienie od w/w wymogu pozwoli nam na skalkulowanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

7. Pytanie nr 7

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 6 ust. 1:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Zadanie nr 1, Zamawiający nie będzie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych ani części zużywalnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta – wymiana materiałów eksploatacyjnych/części zużywalnych nie wchodzi w zakres czynności przeglądu/konserwacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy zakres czynności nie przewiduje wymiany materiałów zużywalnych wymóg ten nie dotyczy.

8. Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

„za nieterminowe wykonanie przeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramem w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

9. Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW VII

1. Dot. zadanie 3

Wnoskujemy o wyłączenie z zadania nr 3 diatermii wyprodukowanych przez firmę Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy, tj. poz.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tworząc dla nich oddzielne zadanie. Zmiana umożliwi złożenie oferty przez serwis autoryzowany.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz. nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 z Zadania nr 3 – Diatermie do nowego Zadania nr 3.1 – Diatermie Erbe. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa (tym samym przedstawienie oferty naprawy) uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Dot. zadanie 3 (lub diatermie ERBE po wyłączeniu)

Diatermie chirurgiczne to urządzenia dawkujące prąd do ciała pacjenta, a nieprawidłowo wykonane czynności serwisowe mogą stać się przyczyną incydentu medycznego. Jednocześnie zgodnie z wymogami producenta diatermii firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy (np. w instrukcji użytkowania urządzenia) czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osobę upoważnioną przez niego.

Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że dla części zawierającej aparaturę wyprodukowaną przez firmę ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą pisemne poświadczenie odbytych szkoleń serwisowych u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawca przystępując do wykonania przeglądu przejmuje odpowiedzialność za sprawność sprzętu, co potwierdza wpisem do paszportu technicznego i zapisem w raporcie serwisowym.

4. Dot. zadanie 3 (lub diatermie ERBE po wyłączeniu)

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych.

Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

5. Dot. zadanie 3 (lub diatermie ERBE po wyłączeniu)

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był umieszczony na wykazie podmiotów wykonujących czynności serwisowe, zgodnym z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (art. 90 ust.4)?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zgodnie z udzielonymi powyżej odpowiedziami w zad. nr 3, 8, 15 i 23 **wydziała pozycje w celu utworzenia nowych części** w następujący sposób:

- z zadania nr 3 tworzy nowe zad. nr 3, 3.1 – łącznie 2 części.
- z zadania nr 8 tworzy nowe zad. nr 8, 8.1 – łącznie 2 części.
- z zadania nr 15 tworzy nowe zad. nr 15, 15.1 – łącznie 2 części.
- z zadania nr 23 tworzy nowe zad. nr 23, 23.1 – łącznie 2 części.

W związku z powyższym zakres zamówienia po zmianie obejmuje 33 części.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Jednocześnie w związku z wydzieleniem i utworzeniem nowego zadania w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmianie ulega zakres przedmiotu zamówienia: było 29 zadań (części), po zmianie jest 33 zadania (części).

Poniżej Zamawiający przedstawia stosowne zmiany w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie jak niżej:

ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego**. Zakres świadczeń będzie obejmował urządzenia medyczne znajdujące się na wyposażeniu 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 i 3.1-3.29 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień częściowych:
 - Zadanie nr 1 – Aparaty usg**
 - Zadanie nr 2 – Defibrylatory**
 - Zadanie nr 3 – Diatermie**
 - Zadanie nr 3.1 – Diatermie Erbe**
 - Zadanie nr 4 – Endoskopia I**
 - Zadanie nr 5 – Endoskopia II**
 - Zadanie nr 6 – Endoskopia III**
 - Zadanie nr 7 – Endoskopia IV**
 - Zadanie nr 8 – Kardiomonitory**
 - Zadanie nr 8.1 – Kardiomonitory Dash**
 - Zadanie nr 9 – Lampy terapeutyczne**
 - Zadanie nr 10 – Aparaty dermatologiczne**
 - Zadanie nr 11 – Myjnie**
 - Zadanie nr 12 – Sterylizatory I**
 - Zadanie nr 13 – Sterylizatory II**
 - Zadanie nr 14 – Sterylizatory III**
 - Zadanie nr 15 – Sprzęt okulistyczny I**
 - Zadanie nr 15.1 – Sprzęt okulistyczny Ia**
 - Zadanie nr 16 – Sprzęt okulistyczny II**
 - Zadanie nr 17 – Sprzęt okulistyczny III**
 - Zadanie nr 18 – Sprzęt okulistyczny IV**
 - Zadanie nr 19 – Sprzęt okulistyczny V**
 - Zadanie nr 20 – Sprzęt okulistyczny VI**
 - Zadanie nr 21 – Podgrzewacze do krwi i płynów i infuzyjnych**
 - Zadanie nr 22 – Nadajniki i rejestratory kardiologiczne**
 - Zadanie nr 23 – Respiratory**
 - Zadanie nr 23.1 – Respirator iVent201**
 - Zadanie nr 24 – Sprzęt rehabilitacyjny**
 - Zadanie nr 25 – Komora krioterapeutyczna**
 - Zadanie nr 26 – Ssaki**
 - Zadanie nr 27 – Stoły operacyjne i zabiegowe**
 - Zadanie nr 28 – Sprzęt kardiologiczny**
 - Zadanie nr 29 – Sprzęt neurologiczny**

W związku z wydzieleniem zadań i utworzeniem nowych, Zamawiający nadaje nową numerację załącznikom w zakresie jak niżej:

Był załącznik nr 3.3 – jest załącznik nr 3.3 oraz 3.3.1

Był załącznik nr 3.8 – jest załącznik nr 3.8 oraz 3.8.1

Był załącznik nr 3.15 – jest załącznik nr 3.15 oraz 3.15.1

Był załącznik nr 3.23 – jest załącznik nr 3.23 oraz 3.23.1

Jednocześnie Zamawiający dostosowuje Formularz wzoru Oferty Wykonawcy – załącznik nr 2, stosownie do dokonanego podziału na nowe zadania.

W załączeniu zmieniona str. 2 SIWZ, Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3 – Formularz cenowy i Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści składanej oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

KOMENDANT
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

wz. plk mgr inż. Paweł WESOŁOWSKI

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

mgr inż. Joanna BAKULSKA

Sporz.: Alicja Warda