



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY  
Z POLIKLINIKĄ  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin  
Aleje Raclawickie 23  
NIP: 712-241-08-20  
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03  
fax. +261 18 32 77  
[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)

CERTIFICATE  
2004



Code NCAGE:  
0533H



**ZSJZ**

PN-EN ISO  
9001-2008

**Adres do korespondencji: Al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin**

Lublin, dnia 28.11.2019 r.

**Wykonawcy**

**Strona internetowa zamawiającego  
[www.1wszk.pl](http://www.1wszk.pl)**

**Znak sprawy: DZP/PN/67/2019**

*Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego*

**Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, uzupełnia brakującą odpowiedź do pytania nr 3 w Zestawie III w pytaniach i odpowiedziach z dnia 27.11.2019 r. do w/w postępowania o treści jak poniżej:**

**ZESTAW III**

3. Załącznik nr 1.2 do SIWZ po zmianie z dn. 26.11.2019 r., zadanie 2, pkt. 17, 25, 27, 28 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu konieczności zapewniania niezbędnych przeglądów okresowych? Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonują serię automatycznych testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakiegokolwiek parametr wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o problemie. W przypadku awarii wykonawca zapewni ciągłość pracy poprzez niezwłoczne dostarczenie analizatora zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**KOMENDANT**  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

*plk mgr Andrzej SKIBA*

Sporz.: Alicja Warda

**KIEROWNIK**

Działu Zamówień Publicznych  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

*mgr inż. Joanna BAKULSKA*