



Znak sprawy: DZP/PN/70/2019

Ełk, dnia 2019-12-04

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO 1 WSKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU”.*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącym treści SIWZ – przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. Zadanie nr 1 czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści zaferowania produktu, będącego metrycą hemostatyczną, której końcowa objętość wynosi 8 ml a przed przygotowaniem 7 ml? Reszta zapisów zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający poprzez zapis w pozycji 1-9 podtrzymuje integralność pakietu w oparciu, że opisane produkty są wyrobami medycznymi i należą do wyrobów medycznych klasy III działających powierzchniowo bez dodatkowych czynników krzepnięcia?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje.**

3. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaferowanie produktu o następujących parametrach: Wosk kostny 2.5 g składający się z wosku pszczelego (72,45%), wosku parafinowego (15,05%) i palmitynianu izopropylu (12,50%) pakowany po 12 saszetek w opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. **Pakiet nr 1 poz. 1,2,3,4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy, która posiada czas wchłaniania 7-14 dni. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSo i VRE udokumentowane w instrukcji używania i w badaniu przedklinicznym in vitro. Ponadto oferowana gaza posiada działanie bakteriobójcze na najgroźniejsze dla pacjenta szczepy MRSA i E. Coli potwierdzone badaniami klinicznymi in vivo.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

5. **Pakiet nr 1 poz. 3** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,6 x 10,2 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowaniu produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

6. **Pakiet nr 1 poz. 4** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 2,6 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowaniu produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

7. **Pakiet nr 1 poz. 5-6** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wchłanialnego hemostatyku wykonanego z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości, czas upłynięcia 2-5 dni, czas wchł. 3-4 tygodni, możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, łatwy do usunięcia w całości po osiągnięciu hemostazy.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
8. **Pakiet nr 1 poz. 7-8** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**
9. **Pakiet nr 1 poz. 9** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosku parafinowego 5% oraz 12% palmitynianu izopropylu? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
10. **Dotyczy SIWZ** Według Wykonawcy warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia i wiedzy w zakresie pakietu nr 1 jest nieproporcjonalny i sztucznie zawęża krąg potencjalnych oferentów, wobec czego wnosimy o zmniejszenie wartości dostawy do kwoty 50 000,00 zł dla pakietu nr 1.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**UWAGA : Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.**

W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił tolerancję np. wymiarów, parametrów, Zamawiający wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanego przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itd.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 09-12-2019r. do godz. 10:00 na adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Elk, 19-300 Elk, ul. Kościuszki 30, punkt podawczy pokój nr 22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-12-2019 o godz. 10:10 w siedzibie Filii Zamawiającego- 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Elk 19-300 Elk, ul. Kościuszki 30, pokój nr 105.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

KOMENDANT FILII  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Lublinie

plk mgr inż. Mariusz PASIEKA

Aneta Rydzewska  
Zespół zamówień publicznych  
Tel: 87/ 621-99-36  
1WSzKzP-DZP.2612.70.2019.AR

