




1 Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie  
Filia w Ełku



Znak sprawy: DZP/PN/70/2019

Ełk, dnia 2019-12-09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU”.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – Część II

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ – przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. Czy Zamawiający w ramach zadania nr 2 poz. 1 dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek, zestaw 4ml o składzie:  
Składnik 1: Roztwór białek klejących  
Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) - 182 mg oraz Aprotynina syntetyczna - 6000 KIU  
Składnik 2: Roztwór trombiny  
Trombina ludzka - 1000 j.m. oraz wapnia chlorek dwuwodny - 80 µmol?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający w ramach zadania nr 2 pozycja 1 dopuści możliwość zaoferowanie produktu leczniczego Tisseel w postaci mrożonej? Roztwór do sporządzania kleju do tkanek, który zawiera klej fibrynowy w zestawie ze strzykawką PRIMA: 1ml roztworu białek, 1ml roztworu trombiny w strzykawce dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z dwóch łączników i czterech igieł aplikacyjnych. Produkt przechowywany i transportowany w stanie zamrożonym w temperaturze mniejszej lub równej -20st Celcjusza.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### UWAGA : Informacja dotycząca udzielonych powyżej odpowiedzi.

W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi dopuścił tolerancję np. wymiarów, parametrów, Zamawiający wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanego przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itd.

Na podstawie art. 12a ustawy Pzp. Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 12-12-2019r. do godz. 10:00 na adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30, punkt podawczy pokój nr 22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-12-2019 o godz. 10:10 w siedzibie Filii Zamawiającego- 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30, pokój nr 105.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

KOMENDANT FILII  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Lublinie

plk mgr inż. Mariusz PASIEKA

Aneta Rydzewska  
Zespół zamówień publicznych  
Tel: 87/ 621-99-36  
1WSzKzP-DZP.2612.70.2019.A.R.

SZEF ZESPOŁU  
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku  
mgr Aleksandra Biskobrzaska