



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ**

20-049 Lublin
Aleje Raławickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 43102232

tel. +261 18 32 03
fax. +261 18 32 77

www.lwzsk.pl

CERTYFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



PN-EN ISO
9001-2008

Adres do korespondencji: Al. Raławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 18.05.2020 r.

Wykonawcy

Strona internetowa zamawiającego
www.lwzsk.pl

Znak sprawy: DZP/PN/10/2020

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 a. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść wniosku z wyjaśnieniem, o treści jak poniżej:

„ W nawiązaniu do opublikowanych w dniu wczorajszym to jest 14 maja 2020 r. odpowiedzi na pytania do SIWZ wskazuję, iż wyjaśnienia Zamawiającego są wewnętrznie sprzeczne i w związku z tym winne być sprecyzowane przez Zamawiającego.

Dotyczy to dwóch wyjaśnień Zamawiającego:

Z jednej strony w odpowiedzi na pytania zawarte na stronie 2, Pytanie 3 dotyczące treści SIWZ Zamawiający wskazał, że nie wymaga aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi. Natomiast na s. 3 w odpowiedzi na pytanie 10 dotyczące załącznika nr 1.2 punkt 3.5 Zamawiający wymaga wymiany elementów przewidzianych przez producenta.

Powyższe oznacza, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu mogą różnie interpretować zapisy SIWZ i złożyć oferty nieporównywalne.

Tego typu naruszenie przeczy treści art. 7 ust. 1 pzp zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek prowadzić postępowanie w sposób zgodny z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców.....”

Uwzględniając prośbę o wyjaśnienie, które wpłynęło do Zamawiającego po upływie terminu wyznaczonego na udzielenie wyjaśnień, Zamawiający ustosunkowuje się w następujący sposób:

Ad. Pyt. 3 zawarte na stronie 2 (dodatkowe wyjaśnienia)

Zamawiający udzielając odpowiedzi wskazał, że nie będzie wymagał dokumentacji z ostatnią aktualizacją bo taką posiada zazwyczaj serwis producenta. Wymóg ten znacząco zawęziłby ilość

podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Intencją zamawiającego jest umożliwienie innym podmiotom posiadającym zdolność do wykonania czynności serwisowych przystąpienie do postępowania i złożenie swojej oferty ,a nie ograniczenie wyłącznie do serwisu producenta.

Ad. Pyt. 10 zawarte na stronie 3 (uszczegółowienie)

Zamawiający w punkcie 3.5 załącznika nr 1.2 precyzyjnie określił że wymaga wymiany elementów i materiałów eksploatacyjnych przewidzianych przez producenta ,wykaz taki jest określany dla danego modelu sprzętu na etapie przekazania urządzenia do eksploatacji dotyczy to np: akumulatorów, filtrów, systemów uszczelnień itp.

W wyjątkowych sytuacjach w okresie eksploatacji zachodzi potrzeba podjęcia działań serwisowych w celu dokonania zmiany mającej na celu zapobieganiu skutkom niepożądanym które nie były znane na etapie projektu i produkcji i takie działania prowadzi serwis producenta lub inny na jego zlecenie.

Zapraszamy do składania ofert w nowym terminie.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści składanej oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczony przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr zestawu/ pytania).

KOMENDANT
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
ptk mgr Andrzej SKIBA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

mgr inż. Joanna BAKULSKA