



1 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Filia w Ełku



1920-2020
BITWA WARSZAWSKA



Numer sprawy: DZP/ZO/Ełk/2/2020

Ełk, dnia 2020-06-15

**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie - Filia w Ełku

Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie

Nr 1050120
2020-06-15

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych prowadzonego pod nazwą: „Dostawa rękawic diagnostycznych i fartuchów chirurgicznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku.”

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, w związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Zaproszenia -przekazuje treść pytania nadesłanego do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

1. Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1 – Rękawice diagnostyczne i foliowe

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne bezlateksowe nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, w pełni lekko teksturowane na całej powierzchni z dodatkową widoczną i wyczuwalną teksturą na końcach palców. Pozbawione tiuramów. O poziomie szczelności AQL 1,0 potwierdzonym raportem z badań wg EN455 z jednostki notyfikowanej. Długości rękawicy: min. 240mm, grubości rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,10mm-0,12mm, dłoń 0,07mm-0,08mm, mankiet 0,05mm-0,07mm o sile zrywania przed starzeniem: min.8,0N potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 do serii dostarczonych próbek, nie starszym niż z 2019r.

Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3/EN 16523-1 w tym substancji chemicznych stosowanych w środowisku szpitalnym (tj. np. izopropanol 70%, formaldehyd 37%), przenikanie substancji cytotatycznych zgodnie z normą EN 374-3/ASTMD 6978 potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone deklaracją producenta i piktogramem na opakowaniu. Oznakowane jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, Pakowane po 100szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty. Zapraszamy do składania ofert do dnia 17-06-2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2020r. o godz. 10:10 w siedzibie Filii Zamawiającego, t.j.:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, pokój nr 105.

Katarzyna Sienkiewicz
Zespół zamówień publicznych
Tel: 871 621-99-36
1WSzKzP-DZP.2612.2.2020.KS

SZEF ZESPOŁU
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
mgr Aleksandra Białobrzeska

Z poważaniem

KOMENDANT FILII
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

wz. ppłk Cezary ROZWALKA