




1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ

20-049 Lublin
Aleje Raławickie 23
NIP: 712-241-08-20
REGON: 431022232

tel. +261 18 32 03
fax. +261 18 32 77

www.lwzsk.pl

CERTYFICATE
2004



Code NCAGE:
0533H



PN-EN ISO
9001-2008

Adres do korespondencji: Al. Raławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 10.09.2020 r.

Wykonawcy
Strona internetowa zamawiającego
www.lwzsk.pl

Znak sprawy: DZP/Z/2/2020

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę rękawic diagnostycznych nitylowych

Zamawiający - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Raławickie 23, 20-049 Lublin, w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści zaproszenia do złożenia oferty - przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w zaproszenia wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

Z uwagi na obecną sytuację zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zawężenie wymogów do minimum, tj. spełniania wymagań obowiązujących norm EN 455:1-4 oraz norm dla środka ochrony osobistej, a tym samym o odstąpienie od zbędnych wymagań dotyczących np. przenikania min. 2 alkoholi o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie czy potwierdzenie dopuszczenia do żywności Certyfikatem jednostki niezależnej (piktogram na opakowaniu oznacza, że rękawiczki zostały dopuszczone do żywności) itp.

Z analizy rynku wynika, że nawet jeśli Zamawiający ogranicza wymagania do min. brakuje ofert, a co dopiero przy takich wymaganiach jak Państwa w ww. zapytaniu.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego zapytania, co zapewne przyczyni się do otrzymania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, niesterylne powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana na końcach palców, mankiet równomiernie rolowany. Grubość ścianki: na palcu $0,10 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,06 \pm 0,01$ mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 6,0N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 „AQL 1,5 - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I. Zgodne z EN 455, EN 420, ASTM F1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: thiuams, phathalate, thiazole i MBT - potwierdzone oświadczeniem producenta. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Sporz. Dagmara Pukas

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
[Signature]
mgr inż. Joanna BAKULSKA