



1 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Filia w Ełku



Numer sprawy: DZP/ZO/Ełk/5/2020

Ełk, dnia 2020-09-25



**1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie - Filia w Ełku

Nr. 1681120

25. WRZ. 2020

19-300 Ełk

Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) prowadzonego pod nazwą: „Dostawa rękawic diagnostycznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku”.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Zaproszenia - przekazuje treść pytania nadesłanego do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

1. Pytanie

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, niesterylne powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana na końcach palców, mankiet równomiernie rolowany. Grubość ścianki: na palcu $0,10 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,06 \pm 0,01$ mm, długość min. 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 6N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 AQL 1,5 - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I. Zgodne z EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej i piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: thiurams, phthalate, thiazole i MBT - potwierdzone oświadczeniem producenta. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia rękawic diagnostycznych odpornych m.in. na przenikanie cytostatyków na min. 3 poziomie- potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 374. Podany opis nie spełnia wymagań Zamawiającego w związku z tym podtrzymuje zapisy Zaproszenia.

2. Pytanie

Zadanie nr 1, poz.1

Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, niesterylne powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana na końcach palców, mankiety równomiernie rolowane. Grubość ścianki: na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,05 \pm 0,01$ mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,3N – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455, AQL 1,0 – potwierdzone badaniami producenta wg EN455. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F1671. Przebadane na przenikanie min. 5 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min 12 cytostatyków - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej zgodnie ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do dnia 29.09.2020r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020r. o godz. 9:10 w siedzibie Filii Zamawiającego, t.j.:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Elk, ul. Kościuszki 30, 19-300 Elk, pokój nr 105.

Z poważaniem

KOMENDANT FILII
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lublinie

.....
plk mgr Robert TRELA

Katarzyna Sienkiewicz
Zespół zamówień publicznych
Tel: 87/ 621-99-36
1WSzKzP-DZP.2612.5.2020.KS

SZEF ZESPOŁU
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lublinie
mgr Aleksandra Piotrowska