

Numer sprawy: DZP/ZO/EIk/3/2021

EIk, dnia 23-04-2021r.

Wykonawcy
wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), prowadzonego pod nazwą: „DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU”.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Raclawickie 23, 20-049 Lublin, w związku z pytaniem Wykonawców dotyczących treści Zaprośzenia - przekazuje treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

1. Pytanie

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia katalogów/ulotek wraz z ofertą i będzie ich wymagał na wezwanie?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z pkt. VII ppkt. 4 wymaga złożenia do oferty jedynie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu określonych dokumentów zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaprośzenia okazywanych na każde żądanie Zamawiającego.

2. Pytanie

Pozycja 6-9 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 50cm spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Pytanie

Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści dren CH27 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Pytanie

Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści dren CH33 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Pytanie

Pozycja 14-18 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania drenu na prosto?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga, aby dreny były pakowane na prosto.

6. Pytanie

Pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści introduktor 8F, ponieważ rozmiar 9F nie jest dostępny na rynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Pytanie

Pozycja 24 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję co umożliwi nam złożenie konkurencyjną ofertę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podział zamówienia wymagałby potrzeby skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co może zagrozić właściwej realizacji zamówienia jak również nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

8. Pytanie

Pozycja 34 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sondy w rozmiarze 18 i 20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Pytanie

Pozycja nr 38 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 12Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J', który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 20cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacz powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Pytanie

Pozycja nr 39 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 8Fr- 12Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 38 i 39 z Zadania Materiały jednorazowe i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podział zamówienia wymagałby potrzeby skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co może zagrozić właściwej realizacji zamówienia jak również nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

12. Pytanie

Pozycja nr 39 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 8Fr-12Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz worek na mocz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 27-04-2021r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-04-2021r. o godz. 11:10 w siedzibie Filii Zamawiającego, t.j.: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, pokój nr 105.

Z poważaniem

KOMENDANT FILII
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lublinie
plk mar Robert TREJA

Katarzyna Kucharczyk
Zespół zamówień publicznych
Tel: 87/ 621-99-36
1WSzKzP-DZP.2612.ZO.3.2021.KK.

SZEF ZESPOŁU
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
mgr Aleksandra Białobrzeńska

